* 2022 年 10 月改訂（第 2 版）

2019 年 11 月（第 1 版）

届出番号：23B3X00017000095

医 03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

ハセメンニトリルグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

株式会社長谷川綿行

〒481-0013 愛知県北名古屋市二子四反地 977-2

問い合わせ窓口 (TEL)0568-24-1911

【形状・構造及び原理等】

- * 本品は合成素材（アクリロニトリルブタジエンゴム）を主材料とする、パウダーフリー、未滅菌、使い捨ての検査・検診用手袋である。

【使用目的又は効果】

- ・本品は、手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

- ・内箱の取り出し口を丁寧に切り外して包装を開封する。
- ・取り出し口から本品を丁寧に取り出す。
- * 本品に破損、汚損等の異常がないか必ず確認する。
- ・使用後は感染等に注意し、国及び地方自治体の区分、又は院内の手順に従い適切に廃棄する。

【使用上の注意】

- * 体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹などが発生することがあります。異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師に相談し、適切な処置を施すこと。
- ・本品を使用目的以外で使用しないこと。
- * 本品を高濃度の薬品、溶剤等には長時間使用しないこと。
- * 薬品、溶剤によっては膨潤したり、浸透したりするおそれがあるので、確認してから使用すること。
  - ・この製品は単回使用である。再使用しないこと。
  - ・本品を洗濯しないこと。
- * 本品に破損、汚損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- * 鋭利なものなどに触れると破損等することがあるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

- ・直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- * 紫外線や放射線（エックス線等）、熱、化学薬品の保管場所やガス等の発生する機器や場所を避けて保管すること。