

機械器具(51) 類別名称 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器
一般的名称:カテーテルコネクタ JMDN コード: 32339000
「ATMOS チューブシステム」の構成品
Y コネクター

再使用禁止

【警告】

1. 接続部に緩みや外れがないことを適宜チェックし、締め直し等の適切な処置を行うこと。[使用中に緩むことがあるため]
2. メス、はさみ、針等で傷つけないこと。[破損する可能性があるため]

【禁忌・禁止】

再使用禁止

***【形状・構造及び原理等】**

1. 構成
本体
2. 形状



本品は「ATMOS チューブシステム(医療機器届出番号:
27B1X00021000074)」の構成品である。

【使用目的又は効果】

「ATMOS チューブシステム」の添付文書を参照すること。

【使用方法等】

「ATMOS チューブシステム」の添付文書を参照すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

感染管理の観点から、キャニスター、「ATMOS チューブシステム」及び
本品の同時交換を推奨する。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

1. 本品の保管、輸送時に梱包が傷つかないように注意すること。
2. 輸送・保管時は常温で濡れないように注意すること。

＜使用期限＞

外装に記載

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者: 原田産業株式会社

電話番号: 06-6244-0978

外国製造業者: アトモス メディツィン テクニク社

(ATMOS Medizin Technik GmbH&Co.KG)

国名: ドイツ