

機械器具 38 医療用鉤
一般的名称 眼科用鉤 コードNo.32767000
一般医療機器(クラスⅠ)

販売名 ヌクラスデバイダーST 雑賀 Ver.

【形状、構造及び原理】



全長:約 110mm
先端部:約 0.6×1.0mm
材質:ハンドル部 チタニウム、先端部 ステンレス
白内障手術における、水晶体核の分割に適した形状。シャフトがストレート。

【使用目的又は効果】

軸状のハンドルをもつ、先端が丸い手術機器。シャフトがストレートな為、直感的な操作が可能であり、創口部への負担を軽減する効果がある。

- (4) 洗剤の残留がないように十分なすすぎをすること。仕上げすすぎには、浄化水(ろ過、蒸留、脱イオン化等)の使用を推奨。
- (5) 滅菌前に汚れ、傷、曲がり、錆等の異常がないことを顕微鏡下で点検すること。
- (6) 点検後にセツト、包装し滅菌すること。なお滅菌のためのセツト、包装にあたっては確実に滅菌できるよう配慮すること。
- (7) 強アルカリ・強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食、及び化学反応を生じさせる恐れがあるので、使用を避けること。金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面を損傷させる恐れがあるので汚物除去、および洗浄時の使用はしないこと。
- (8) プラズマ滅菌はチタニウム部の表面を傷つける恐れがあるので使用しないで下さい。また、オートクレーブ滅菌では乾燥をしっかりと行なって下さい。
※滅菌についてご不明な点は弊社にご確認下さい。
- (9) 破損、異常等がありましたら直ちに使用を中止し、修理または交換してください。

【使用方法】

- (1) 本品は未滅菌であるため使用前に洗浄、滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用する。
- (2) 超音波チップにて溝を作成し、その溝に本製品の先端を差し込み、超音波チップと併用し押し引きしながら、水晶体核を分割し、スムーズな超音波チップによる乳化吸引を促す。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社 半田屋商店
住所 〒113-0033 東京都文京区本郷3-37-4
TEL 03-3811-0087
FAX 03-3818-9695

【使用上の注意】

- (1) 使用前に汚れ、傷、曲り等の異常がないことを顕微鏡下で点検すること。
- (2) 使用中は器具の正常性を適宜確認し、異常が発生した場合は直ちに使用を中止すること。
- (3) 塩素及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になる為、できるだけ使用を避けること。使用中に付着した際は即時水洗いすること。
- (4) 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があるため注意すること。また他の製品との併用は本製品への影響が無いことを確認した上で使用すること。
- (5) 超音波等を用いた機器との接触は破損の原因になるため注意すること

【保管方法及び有効期間】

- (1) 貯蔵・保管にあたっては洗浄した後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥すること。
- (2) 滅菌済みの器具の貯蔵・保管にあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をすること。
- (3) 使用期間は特に定めないが、破損した場合は修理、交換すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用後は付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液に浸漬、汚物を除去し、汚染防止のために洗浄、消毒すること。
※洗浄が不十分なまま滅菌処理すると器具表面に褐色のしみ(焼け)が発生することがあります。
- (2) 汚物除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- (3) 洗浄装置(超音波洗浄器、ウォッシャーディスインフェクタ等)で洗浄するときは、器具同士が接触して先端等を損傷することがないように注意すること。また、超音波機器等、器具を破損させる恐れのある機器に直接触れさせないこと。