

器22検眼用器具

一般医療機器 両眼視機能検査装置（37071000）

MC486 シンプルーLO

【形状・構造等】

本品は両眼視機能検査のテストフレームとして使用されるものであるが、486 シンプルーLO のモダンを万能MCモダンに変更することで、耳後方を柔軟にしっかりとホールドすることにより、検眼レンズを4枚セットしたときに、重くなくてもレンズ部が前方にずれることがないように掛け具合の安定を図っている。

【性能、使用目的、効果・効能】

検眼測定を行う機器

【品目仕様】

- 1) 対応PD：PD48～PD60
- 2) 鼻パット：2段階の幅と高さの調整可能
- 3) テンプル：角度の調整可能
- 4) モダン：①万能MCモダン（優しく、確かなホールド性）
②長さの調整可能（0mm～20mmの5段階）

【操作方法または使用方法等】

試験枠に検眼レンズを順次入れ替えて、適正なレンズ度数を見出す。

【使用上の注意】

- 1) 本器は検眼用の試験枠です。一般用の眼鏡、保護用メガネ、サングラス等には使用できません。
- 2) 試験枠の掛けはずしの際には、目をつく恐れがありますので「テンプル」を充分に開いて、ゆっくりと顔の正面で行ってください。片方の「テンプル」を持って無理に取り外すと変形やゆるみの原因にもなります。

3) 「検眼レンズ枠」には定められた「検眼用レンズ」を使用してください。サイズ・形状の異なるもの又は、検眼用以外のレンズ等を入れた場合は破損の原因となります。

4) 本器の肌に触れる箇所にかゆみ、かぶれ、湿疹などの異常があらわれた時には、直ちに使用を止め、医師の診断を受けてください。

5) 故意に変形・改造したりキズをつけないで下さい。素材の劣化による折れ等の原因になります。

【貯蔵・保管方法】

常温にて、使用後はきれいに拭いて保管する。

【包装】

厚紙台紙及び透明ケースによる梱包（1個単位）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社ハセガワ・ビコー

住所 東京都江戸川区松本 2-41-4

電話番号 03-3655-4321

製造業者 株式会社ハセガワ・ビコー

住所 東京都江戸川区松本 2-41-4

電話番号 03-3655-4321