

器 22 検眼用器具

一般医療機器 検眼レンズ (34653000)

プレシオ 1 3 アイ トライアルレンズ

【形状・構造及び原理等】

レンズ部分はプラスチック製、屈折率 1.50、遠用度数は 0.00D。

リム(枠)部分は金属製、幅 3 8 mm、高さ 4 1 mm。

つまみ部分はプラスチック製で商品略号および加入度（単位はディオプトリー：D）を表示。
他の検眼レンズと組み合わせてまたは単独で使用するにより、最適な加入度を確認または
検出します。

【性能・使用目的又は効果】

検眼用

【品目仕様等】

視力補正用

セット組み：フルセット・ハーフセット

【操作方法又は使用方法】

遠用度数の検眼レンズがセットされたトライアルフレームの最前列ホルダーに、所定の加入度
のトライアルレンズを挿入して使用します。

【使用上の注意】

トライアルフレームでの最前列以外のホルダーに挿入した場合には、フレームによって下側視
野がケラレる場合がありますので、必ず最前列ホルダーを御使用下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

室温で保管してください。

【包装】

フルセットはトライアルレンズ 22 枚入り、ハーフセットはトライアルレンズ 10 枚入り

加入度	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
フルセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ハーフセット	○		○		○		○		○		

各加入度は左右 1 枚ずつ

【製造業者又は輸入販売業者の氏名及び住所等】

製造販売元

株式会社ハセガワ・ビコー

東京都江戸川区松本 2-41-4

販売元

株式会社ニコン・エシロール

東京都墨田区両国 2-10-8 住友不動産ビル 3 F

電話 03-5600-1375