

器 22 検眼用器具

一般医療機器 検眼レンズ (34653000)

リラクシー・ライト トライアルレンズ

【形状・構造及び原理等】

レンズ部分はプラスチック製、屈折率 1.50、度数は 0.00D。

リム(枠)部分は金属製、外径 38mm。

つまみ部分はプラスチック製で商品略号を表示。

【性能・使用目的又は効果】

検眼レンズ

【品目仕様等】

視力補正用

【操作方法又は使用方法】

遠用度数の検眼レンズがセットされたトライアルフレームのホルダーに、トライアルレンズを挿入して使用します。

左眼は 45° に、右眼は 135° につまみの中央を合わせてご使用ください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

室温で保管してください。

【包装】

左右各 1 枚入り

【製造業者又は輸入販売業者の氏名及び住所等】

製造販売元

株式会社ハセガワ・ビコー

東京都江戸川区松本 2-41-4

販売元

株式会社ニコン・エシロール

東京都墨田区両国 2-10-8 住友不動産ビル 3F

電話 03-5600-1375