

2009年7月1日(第1版)

届出番号 13B3X00177000120

## 器 22 検眼用器具

一般医療機器 検眼レンズ (34653000)

バリラックス デフィニティ トライアルレンズ

---

### 【形状・構造及び原理等】

レンズ部分はプラスチック製、リム(枠)部分は金属製。

幅 38 mm 高さ 38 mm もしくは 幅 38 mm 高さ 41 mm

つまみ部分はプラスチック製で商品略号および加入度 (単位はディオプトリー：D) を表示。

他の検眼レンズと組み合わせてまたは単独で使用するにより、最適な加入度を確認または検出します。

### 【性能・使用目的又は効果】

検眼用

### 【品目仕様等】

屈折率 : 1.60

遠用度数 : 0.00D

加入度数 : 1.00D ~ 3.00D

### 【操作方法又は使用方法】

遠用度数の検眼レンズがセットされたトライアルフレームに、所定の加入度のトライアルレンズを挿入して使用します。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

室温で保管してください。

### 【包装】

フルセットはトライアルレンズ18枚入り、ハーフセットはトライアルレンズ10枚入り。

及び、その他、セット品構成により異なります。

### 【製造業者又は輸入販売業者の氏名及び住所等】

製造販売元

株式会社ハセガワ・ビコー

東京都江戸川区松本 2-41-4

販売元

株式会社ニコン・エシロール

東京都墨田区両国 2-10-8 住友不動産ビル 3F

電話 03-5600-1375