

**器 22 検眼用器具**

一般医療機器 検眼レンズ (34653000)

バリラックス セレクト T トライアルレンズ

---

**【形状・構造及び原理等】**

レンズ部分はプラスチック製、リム(枠)部分は金属製。

幅 38 mm 高さ 38 mm もしくは 幅 38 mm 高さ 41 mm

つまみ部分はプラスチック製で商品略号および加入度 (単位はディオプトリー : D) を表示。

他の検眼レンズと組み合わせてまたは単独で使用するにより、最適な加入度を確認または検出します。

**【性能・使用目的又は効果】**

検眼用

**【品目仕様等】**

屈折率 : 1.50

遠用度数 : 0.00D

加入度数 : 1.00D ~ 3.50D

**【操作方法又は使用方法】**

遠用度数の検眼レンズがセットされたトライアルフレームに、所定の加入度のトライアルレンズを挿入して使用します。

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**

室温で保管してください。

**【包装】**

フルセットはトライアルレンズ 22 枚入り、ハーフセットはトライアルレンズ 10 枚入り。  
及び、その他、セット品構成により異なります。

**【製造業者又は輸入販売業者の氏名及び住所等】**

製造販売元

株式会社ハセガワ・ビコー

東京都江戸川区松本 2-41-4

販売元

株式会社ニコン・エシロール

東京都墨田区両国 2-10-8 住友不動産ビル 3 F

電話 03-5600-1375