

器 22 検眼用器具

一般医療機器 検眼レンズ (34653000)

エーアイ トライアルレンズ

【形状・構造及び原理等】

レンズ部分はプラスチック製、屈折率 1.60、遠用度数は 0.00D

リム(枠)部分は金属製、幅 38mm、高さ 38mm または 幅 38mm、高さ 41mm

つまみ部分はプラスチック製で商品略号および加入度（単位はディオプトリー：D）を表示。

他の検眼レンズと組み合わせてまたは単独で使用するにより、最適な加入度を確認または検出します。

【性能・使用目的又は効果】

検眼レンズ

【品目仕様等】

視力補正用

セット組み：フルセット・ハーフセット

【操作方法又は使用方法】

遠用度数の検眼レンズがセットされたトライアルフレームの最前列ホルダーに、所定の加入度のトライアルレンズを挿入して使用します。

【使用上の注意】

トライアルフレームでの最前列以外のホルダーに挿入した場合には、フレームによって下側視野が遮られる場合がありますので、必ず最前列ホルダーを御使用下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

室温で保管してください。

【包装】

フルセットはトライアルレンズ 22 枚入り、ハーフセットはトライアルレンズ 10 枚入り。

その他、セット品構成により、異なります。

【製造業者又は輸入販売業者の氏名及び住所等】

製造販売元

株式会社ハセガワ・ビコー

東京都江戸川区松本 2-41-4

販売元

株式会社ニコン・エシロール

東京都墨田区両国 2-10-8 住友不動産ビル 4 F

電話 03-5600-1375