2021年6月1日(新様式第1版)　　　　　　　　届出番号　13B3X00177000261

器22 検眼用器具

一般医療機器　検眼レンズ（34653000）

クーレンズ PREMIUM ACTIVE トライアルレンズ

【形状・構造及び原理等】

レンズ部分はプラスチック製、屈折率1.50または1.60、遠用度数は0.00D、累進帯長は都度仕様による。

リム(枠)部分は金属製、幅38mm、高さ41mmまたは幅38mm、高さ38mm。

つまみ部分はプラスチック製で商品略号および加入度（単位はディオプトリー：D）を表示。

他の検眼レンズと組み合わせてまたは単独で使用することにより、最適な加入度を確認または検出します。

【性能・使用目的又は効果】

検眼レンズ

【品目仕様等】

視力補正用

セット組み：11度数セット、他仕様による

【操作方法又は使用方法】

遠用度数の検眼レンズがセットされたトライアルフレームの最前列ホルダーに、所定の加入度のトライアルレンズを挿入して使用します。

【使用上の注意】

トライアルフレームでの最前列以外のホルダーに挿入した場合には、フレームによって下側視野が遮られる場合がありますので、必ず最前列ホルダーを御使用下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

室温で保管してください。

【包装】

11度数セットはトライアルレンズ22枚入り。

その他、セット品構成により、異なります。

【製造業者又は輸入販売業者の氏名及び住所等】

製造販売元
株式会社ハセガワ・ビコー
東京都江戸川区松本2-41-4
販売元
株式会社ニコン・エシロール
東京都墨田区両国2-10-8　住友不動産ビル4Ｆ
電話　03-5600-1375