

器 22 検眼用器具

一般医療機器 検眼レンズ (34653000)

フルフィット NN ワイド トライアルレンズ

【形状・構造及び原理等】

レンズ部分はプラスチック製、屈折率 1.59、遠用度数は 0.00D、累進帯長は都度仕様による。
レンズ径 35 mm (有効径)
リム(枠)部分はプラスチック製。
つまみ部分はプラスチック製で、商品略号および加入度 (単位はディオプトリー: D) を表示。
他の検眼レンズと組み合わせてまたは単独で使用するにより、最適な加入度を確認または検出します。

【性能・使用目的又は効果】

検眼レンズ

【品目仕様等】

視力補正用

セット組み: 10 度数セット、他仕様による

【操作方法又は使用方法】

遠用度数の検眼レンズがセットされたトライアルフレームの最前列ホルダーに、所定の加入度のトライアルレンズを挿入して使用します。

【使用上の注意】

トライアルフレームでの最前列以外のホルダーに挿入した場合には、フレームによって下側視野が遮られる場合がありますので、必ず最前列ホルダーを御使用下さい。

【~~貯蔵~~^{有効} 保管方法及び使用期間等】

室温で保管してください。

【包装】

10 度数セットはトライアルレンズ 20 枚入り。
その他、セット品構成により、異なります。

【製造業者又は輸入販売業者の氏名及び住所等】

製造販売元

株式会社ハセガワ・ビコー
東京都江戸川区松本 2-41-4

販売元

株式会社 HOLT ジャパン株式会社
東京都中央区日本橋茅場町 1-1-8 小浦第 2 ビル 5F
電話 03-3663-0811