

ハイプルヘッドキャップ

【形状、構造及び原理等】**

1. 原材料
綿布等から構成させる。
2. 形状・構造
歯列矯正用器材と併用して、口腔外から歯牙又は顎に圧力を加える器具を言う。古典的な歯科矯正用ヘッドギアは、患者の頸部又は頸部を包み込むストラップ、及び患者の口腔内に装着した前歯部に設けられたリスト(逆牽引用ヘッドギア装置)に固定するインナーボーを有する。
頭部に本品を装着し、セイフティーリリースモジュールを所定の位置に取付、セイフティーリリースモジュールとフェイスポーを接続して用いる。



* 注意！フェイスポー、セイフティーリリースモジュールは含まれない。

サイズは①スモール②ラージの2種類があり、カラーはピンク、ブルー、デニムの3色がある。

* 参考	種類:	種類	カラー等	カタログ番号
		スモール	デニムブルー	HPSDB10
			ピンク	HPSPK10
		ラージ	デニムブルー	HPMDB10
			ピンク	HPMPK10

3. 原理
歯列矯正用器材と併用して、口腔外から歯牙又は顎に圧力を加える器具を言う。古典的な歯科矯正用ヘッドギアは、患者の頸部又は頸部を包み込むストラップ、及び患者の口腔内に装着した前歯部に設けられたリスト(逆牽引用ヘッドギア装置)に固定するインナーボーを有する。

【使用目的又は効果】

歯列矯正用器材と併用して、口腔外から歯牙又は顎に圧力を加える器具を言う。古典的な歯科矯正用ヘッドギアは、患者の頸部又は頸部を包み込むストラップ、及び患者の口腔内に装着した前歯部に設けられたリスト(逆牽引用ヘッドギア装置)に固定するインナーボーを有する。

【使用方法等】**

頭部に本品を装着し、セイフティーリリースモジュールを所定の位置に取付、セイフティーリリースモジュールとフェイスポーを接続して用いる。

【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意
1)本品及び接続して用いられるフェイスポーやチンキャップを他の人に引っ張られたり、掴まれたりしない様に注意して下さい。特にフェイスポーを顔の前方に持ち上げた場合顔面を傷つけることがありますので注意すること。
2)本品を頭部から外す場合、安全確保の為セイフティーリリースモジュールを外してから、本品を頭部又は首部より取り外すこと。
3)ランニングやスポーツをする場合は安全確保の為2)の要領で、本品を頭部から取り外すこと。
4)本品とフェイスポー又はチンキャップを接続して用いる時には、安全確保の為、必ずセイフティーリリースモジュールをお使い下さい。
また、エラストックを接続して用いる場合は、セイフティーフェイスポーを必ずお使い下さい。

2. その他の注意事項
1)事前に金属アレルギーについての有無を確認し、使用する材料との関係を検討すること。
2)本品及び周辺機器の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者に対しては、すぐに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
3)使用しているうちに、本品に糸のほつれや、布の破れ、その他亀裂等が生じた場合は、使用を中止し新しいものに交換すること。
4)本品を使用しているうちに、毛髪や頭部に異常が見られた場合は使用を中止し、担当の医師の指示に従うこと。

【保管方法及び有効期間等】**

外圧、水分等、製品に影響を与えない環境で保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者氏名: : 有限会社パルビゾン
連絡先電話番号: 047-460-7818
製造業者氏名: ジーアンドエイチワイヤーカンパニー／フレックスメディックス
(G&H Wire Company/FlexMedics)
国名: アメリカ