

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
高度管理医療機器 バルーンポンピング用カテーテル JMDNコード:34919000
(高度管理医療機器 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ JMDNコード:35094114)

IABカテーテル TRANS-RAY の付属品
IAB用ガイドワイヤ

再使用禁止

【警告】

IAB カテーテルの挿入は、必ずインナールーメンにガイドワイヤを通して行うこと。[適切な位置に留置できない、またはカテーテルが動脈を損傷する恐れがあるため。]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 包装袋に破れや傷がある場合は使用しないこと。[製品が汚染されていたり無菌状態が維持できていない恐れがあるため。]
4. 箱ラベルに表示された使用期限を過ぎたものは使用しないこと。[滅菌有効性が担保できない恐れがあるため。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】


製造販売業者:
ゲディンググループ・ジャパン株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
** TEL 03-5463-8310

外国製造業者:
輸入先国:アメリカ合衆国
製造元:Datascope Corp.
(データスコープ社)

【形状・構造及び原理等】

本ガイドワイヤは、IABカテーテル TRANS-RAY(本体)の付属品です。必ず本体と組み合わせて使用すること。詳細については、本体の添付文書を参照すること。

*1. 形状



0.018" (0.05cm) × 145cm

本製品は、本体および本体付属の止血弁付イントロデューサシースの挿入を円滑に行うための挿入器具として機能します。

*2. 体に接触する部分の組成

ステンレス鋼、シリコーン、ポリテトラフルオロエチレン

【使用目的又は効果】

補助循環装置バルーンポンプ用のカテーテルで、心不全患者に対する大動脈バルーンポンピング(補助循環)に用いられる。本品は原則として成人用であり小児には使用しない。また本品は単回使用である。

【使用方法等】

本体の操作方法を含めた詳細な説明については、本体の添付文書を参照すること。

【使用上の注意】

本製品は、本体の付属品である。必ず本体とともに使用すること。使用上の注意については、本体の添付文書を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で室温にて保管して下さい。

*2. 有効期間

滅菌日より3年(製造元ラベルに使用期限を表示)