**2021年 7月改定（第4版）
*2014年11月改定（第3版 記載要綱に基づく）
医療機器届出番号:27B2X00014000006

歯科材料９　歯科用研削材料
一般医療機器
JMDN70907000　歯科用研磨器材

タイガーポリ樹脂用

【形状・構造及び原理等】
形状　円柱状

主成分　アルミナ　シリカ　ロウ
色調　ピンク色

【使用目的又は効果】
補綴物等の研磨に用いる器材
本品は床義歯に使用されるレジンの仕上げを目的とする研磨材である。

【使用方法等】
１．デンチャーをペーパー、ミクロポリで整形研磨する
２．レーズを用いて本品をバフに少量付ける
３．軽く掃くように研磨する
４．食器洗剤等または、ルージュクリーナーを用い本品を完全に洗い落とす
５．十分に水洗いをする

研磨方法は通常の方法をとる

【使用上の注意】
研磨後は十分に洗浄を行い本品を完全に洗い落とすこと

本品の研磨作業時の際は、粉塵による人体への影響を避けるために、局所集塵装置、公的機関が許可したマスク等を使用すること

本製品は【使用目的又は効果】**の項に記載の用途以外には使用しないこと

本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと

重要な基本的注意
本品使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症が現れた患者又は術者は、使用を中止し、、医師の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】
直射日光や暖房器具などの温風の吹き出し口を避け、室温で保管すること。
歯科の従事者以外がふれないように適切に保管管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者　株式会社美須化学研究所
製造業者　同上
住所　〒542-0012
大阪市中央区谷町６丁目２番１１号
電話番号　06-6761-4092(代)