

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具（コード：70744000）
セレーノ HP用オクルーザルフィッシューバー

【形状・構造及び原理等】

1) 形状・構造および原理

歯科技工用ハンドピースを接続できる軸に、タングス
テンカーバイド製の作業部を持つ。
歯科技工用ハンドピース等に接続し、本品を回転させ
ることで被研削物を切削する。

には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

水分、腐食性薬剤及びその蒸気を避けて、外圧（物理的負
荷）及び汚染を受けないように保管すること。

2) 使用回転数

上限15,000回転/分

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後には損傷、変形(鋒、表面キズ、曲がり)、汚染等
がないかを確認すること。これらがある場合は使用を中止す
ること。

【使用目的又は効果】

貴金属、非貴金属、レジン、石こう、ジルコニアを研削する
ために用いる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 ピーディーアール
愛知県名古屋市天白区原4-106

【使用方法等】

歯科技工用ハンドピース等に装着して使用する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) ハンドピース等のメーカーの指定に従ってシャンクを
確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認
すること。
- 2) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認する
こと。
- 3) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。頭部
が細い、長い、大きい形状のものは、折れたり曲がっ
たりすることがある。

【使用上の注意】

- 1) 指定の回転数を超えて使用しないこと。
- 2) 損傷、変形(鋒、表面キズ、曲がり)、汚染等のあるもの
は使用しないこと。
- 3) 本品の加熱や改造などは行わないこと。
- 4) 本品を使用する際は、粉塵による人体への影響を避け
るために、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マ
スクなどを使用すること。
- 5) 本品を使用する際は、目の損傷を防ぐために、保護メ
ガネを使用すること。もし切削屑や破片などが目に
入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の
診断を受けること。
- 6) 本器具は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外