2025年6月 作成（第1版）　　医療機器製造販売届出番号： 23B2X10036000213号

器65 歯科用充填器
一般医療機器　歯科用マトリックスバンド（コード：16195000）

# セクショナルマトリックス

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

1) 形状

2) 原材料：ステンレススチール

**【使用目的又は効果】**

修復材に一般的輪郭を与え、修復材を閉じ込めるために用いる。

**【使用方法等】**

1) 適切な形状の本製品を選ぶ。
2) 使用前に洗浄、消毒又は滅菌する。
3) 適切な器具等を使用し、歯の周囲に固定する。
4) 修復材の充填終了後、静かに取り外す。

**【使用上の注意】**

1) 使用前に必ず洗浄、消毒又は滅菌すること。
2) 損傷、変形(錆、表面キズ、バリ)､汚染等のあるものは使用しないこと。
3) 破損等の原因となるので、以下は行わないこと。
   1. 粗雑な取り扱いをすること。
   2. 使用時に必要以上の力（応力）を加えること。
4) 本製品の使用により発疹などの過敏症状が現れた場合は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
5) 誤って口腔軟組織を傷つけたり、患者が誤飲しないように注意すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

1) ほこり及び水気のない場所で、腐食性薬剤及びその蒸気、直射日光を避けて保管すること。
2) 外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
3) “もらいさび”を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

**【保守・点検に係る事項】**

1) 錆びや傷の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金ブラシは使用しないこと。
2) 家庭用洗剤は金属を腐食させる事があるので、使用しないこと。洗浄には歯科器具用防錆洗浄剤(中性)を使用し、酸性またはアルカリ性の洗浄剤は使用しないこと。
3) 洗剤の残留がないよう充分にすすぎをし、乾燥させること。
4) 薬剤消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。特に、長時間の浸漬は避けること。
5) 洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する事がある。
6) オートクレーブ滅菌器を使用する際は、134℃以下を厳守し、乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質または変色することがある。
7) 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、充分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者
株式会社　ピーディーアール
愛知県名古屋市天白区原4-106