医03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器　歯科用手袋（コード：70911000）

プライムフィット

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
ニトリルゴムを主原料とした、未滅菌の両手兼用型手袋である。

【使用目的又は効果】
歯科の診察、治療及び処置に用いるゴム製の手袋。
手術に用いるものを除く。

【使用方法等】
歯科における診療、治療及び処置などの際、手に装着する。

【使用上の注意】
1) 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがある。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談すること。
2) 使用前に必ず製品及び包装の点検をし、汚損、破損、穴開き等の異常が認められる場合は使用しないこと。
3) 薬品、溶剤等によっては変色、変質することがあるので、十分注意して使用すること。
4) 使用中に手袋が破れた場合は、速やかに新しい製品に交換すること。
5) 爪先・刃物等尖ったものなどに触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。
6) 使用後は、感染防止に配慮して安全な方法で地域の条例等に従い廃棄処分すること。

【保管方法及び有効期間等】
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者
株式会社　ピーディーアール
愛知県名古屋市天白区原4-106