医療機器製造販売届出番号：23B2X10036000374号

2026年10月改訂（第2版）
2026年9月作成

歯07　歯科用ワックス
一般医療機器　歯科用パラフィンワックス（コード：70893000）

クラフトマスター セカンドライン パラフィンワックス

【形状・構造及び原理等】
形状：板状
色調：赤色
原理：常温または加温により軟化させ、加工する。

【使用目的又は効果】
主として義歯床の仮床、人工歯の排列などに用いる。

【使用方法等】
義歯の仮床
1)本品を作業模型の大きさに合わせカットする。
2)本品を適度に軟化し、作業模型に圧延する。
3)過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。

人工歯の排列
1)本品を加熱して軟化し、棒状にする。
2)ワックスを馬蹄形に曲げ、義歯の仮床に圧接する。
3)過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。
4)歯科技工の通法に従い、人工歯を排列する。

ロウ堤の作製
1)本品を加熱して軟化し、棒状にする。
2)ワックスを馬蹄形に曲げ、基礎床に圧接する。
3)過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。

【使用上の注意】
・本材は可燃性のため、使用の際は火気およびやけどに注意すること。

【保管方法及び有効期間等】
・高温多湿と直射日光を避けて保管すること。
・火気厳禁の場所に保管し、使用及び保管場所には消火器を備えること。
・一つの保管庫に大量に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者
株式会社　ピーディーアール
愛知県名古屋市天白区原4-106