ペリオドンタルチゼル

【禁忌・禁止】

[適用対象（患者）]

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- ・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- ・「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

*【形状、構造及び原理等】

[形状、構造]

本品は、作業部、シャンク部（作業部とハンドルをつなぐ部位）、及びハンドル部からなる。

*【種類】

作業部とシャンク部の形状により、以下の種類がある。

- ・オッセンバイン
- ・フェディ
- ・ロードスバック・アクション
- ・ジョバノビック
- ・クレイマー・ネビンズ
- ・レミントン
- ・呼称なし
- ・カークランド
- ・タバネラ
- ・ブーザー
- ・アーバン
- ・バラッチ
- ・ゾルト

また、それぞれの種類には、以下のすべて、あるいはいずれれかの形態がある。

規格	1、2、3、4、1/2、1/3、2/3、3/4 36/37、44/45 13K/13KL、13K/TG、P24G/13KL TG、TGO S13K/13KLX、S13K/TGX、SPAL13KX
作業部	片側（片頭） 両側（両頭）
ハンドル部	角柄（2番ハンドル） 丸柄（4番、10番、24番、524番ハンドル） サテンスチール（6番ハンドル） エバーエッジ（9番ハンドル） ブラックライン

【使用目的又は効果】

齶蝕象牙質の除去、形態修正のために用いる。

【使用方法等】

把持部を手に持ち、先端部の刃を用いて齶蝕象牙質の除去、形態修正のために用いる。

【使用上の注意】

[使用方法]

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (2) 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
- (3) 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- (4) 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- (5) 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の改造は行わないこと。
- (6) 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコウム、塩化ベンゼトコウム、ホビドヨード、ホルマリン・フェノール類消毒剤、グルコン酸カルキジソン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。（使用上の注意参照）
- ・洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- ・滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損、等の異常がないか点検すること。
- ・点検後、セット・包装をし、滅菌をすること。
- ・177℃以上に加熱しないでください。
- ・フェノール類消毒剤は使用しないこと。
- ・必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
- ・滅菌後、水分は拭き取り乾燥させること。
- ・樹脂部を有する器具は樹脂部を取りはずしてから滅菌すること。
- ・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

【包装】

単品包装：1本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

ヒューフレディ・ジャパン合同会社
電話番号：03-4550-0660

<外国製造業者>

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC（米国）