

機械器具65 歯科用充填器  
一般医療機器 歯科用根管プラガ JMDN 41876000

## ルートキヤナルプラガー

### 【禁忌・禁止】

[適用対象（患者）]

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

### \*【形状、構造及び原理等】

[形状、構造]

本品は、作業部、シャンク部（作業部とハンドル部をつなぐ部位）、及びハンドル部からなる。

### \*「種類」

作業部の形状により、以下の種類がある。

#### 品番一覧

種類		品番	
レトロフィリング	両頭	PLGRF1	PLGRF2
臼歯用	片頭	RCP8 RCP11 RCP10-1/2 RCP9-1/2	RCP9 RCP12 RCP11-1/2 RCP8-1/2
前歯用	片頭	RCP8A RCP11A RCP10-1/2A RCP8-1/2A	RCP9A RCP12A RCP11-1/2A RCP9-1/2A
グリック	両頭	RCPLG1 RCPLG1X	RCPLG16 RCPLG17
カヤット	両頭	PLGBK6	
ベルバート	両頭	PLGVEL56	
スレイマン	片頭	RCPSL172 RCPSL376 RCPSL577	RCPSL275 RCPSL478
マシュー	両頭	RCPM1/2	RCPM3/4
ラックス		RCPL1 RCPL4	RCPL2 RCPL3
ISO	片頭	RCP30 RCP60	RCP40 RCP50
呼称無し	両頭	RCP1/3 RCP1/3X	RCP5/7 RCP5/7X
			RCP9/11 RCP9/11X

#### ハンドルの種類

- ① 細丸（41番ハンドル）
- ② サテンスチール（6番ハンドル）
- ③ サテンカラー（7番ハンドル）
- ④ 丸柄（ブラックライン）

### 【使用目的又は効果】

円柱状又は先細の作業部分をもち、横断面が円形で先端が平坦で根管に充填物を軸方向に充填することを目的としている歯科用器具である

### 【使用方法等】

ハンドル部を把持し、充填物を根尖方向（軸方向）に押さえるようにして充填する。

### 【使用上の注意】

[使用方法]

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (2) 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
- (3) 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- (4) 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- (5) 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の改造は行わないこと。
- (6) 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸カリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- ・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- ・「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。（使用上の注意参照）
- ・洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないよう注意すること。
- ・洗剤の残留がないよう充分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- ・滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- ・点検後、セット・包装をし、滅菌をすること。
- ・177°C以上に加熱しないこと。
- ・フェノールは使用しないこと。
- ・必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
- ・滅菌後、水分は拭き取り乾燥させること。
- ・樹脂部を有する器具は樹脂部を取りはずしてから滅菌すること。
- ・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

### 【包装】

单品包装： 1本入

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

ヒューフレディ・ジャパン合同会社  
電話番号： 03-4550-0660

<外国製造業者>

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC (米国)