

器39 医療用鉗子  
一般医療機器 鉗子 JMDN 10861001

## ティッシュフォーセット

### 【禁忌・禁止】

#### [適用対象（患者）]

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

### 【形状、構造及び原理等】

#### [形状、構造]

本品は、手術時に組織等を把持、結合、圧迫するための作業部とラッチのついた把持部からなる。

#### [種類]

先端部の形状により、以下の種類（品番）がある。

| 種類       | 品番   |
|----------|------|
| アリソン 45° | TF45 |
| アリソン ベビィ | TFB  |
| アリソン 直   | TFS  |

### 【使用目的又は効果】

組織等を把持、結合、圧迫又は支持するのに用いる。

### 【使用方法等】

作業部で組織等を把持し、ラッチを固定した状態で、結合又は圧迫します。

### \*<滅菌方法及び滅菌条件>

| 器具           | 滅菌方法          | 滅菌条件                       | 乾燥時間  |
|--------------|---------------|----------------------------|-------|
| 包装したインスツルメント | 真空脱気式<br>蒸気滅菌 | 温度：132°C又134°C、<br>暴露時間：4分 | 30分以上 |
|              | 重力置換式<br>蒸気滅菌 | 温度：121°C、<br>暴露時間：30分      | 30分以上 |

上記は一般的な条件である。使用する滅菌器メーカーの条件を確認すること。

### \* 【使用上の注意】

#### [使用方法]

- (1) 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
- (2) 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- (3) 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- (4) 破折等による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。
  - ①本製品に対する曲げ、切削、加圧等
  - ②粗雑な扱い（キズをつける、落下させる、強い衝撃を与える等）
  - ③バーナ等による加熱
- (5) 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。
- (6) 薬剤等が付着した場合、腐食するおそれがあるので、速やかに清拭すること。
- (7) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・滅菌をした後、次回使用に備え保管しておくこと。

- (8) 機器の満んだ部分や見えない部分は定期的に点検し、残存物等が完全に取り除かれていることを確認すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- ・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- ・「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

### \* 【保守・点検に係る事項】

- ・使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ又は腐食等がないか点検すること。
- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。（使用上の注意参照）
- ・洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないよう注意すること。
- ・洗剤の残留がないよう充分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- ・滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- ・点検後、セット・包装をし、滅菌をすること。
- ・141°C以上に加熱しないこと。
- ・フェノールは使用しないこと。
- ・必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
- ・滅菌後、水分は拭き取り乾燥させること。
- ・樹脂部を有する器具は樹脂部を取りはずしてから滅菌すること。
- ・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

### 【包装】

单品包装：1本入

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### <製造販売業者>

ヒューフレディ・ジャパン合同会社  
電話番号：03-4550-0660

#### \*<外国製造業者>

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC (米国)  
HU-FRIEDY MFG. CO. LLC ZWEIGNIEDERLASSUNG  
DEUTSCHLAND (ドイツ)