＊2023 年 8 月改訂（第 2 版）

2020 年 11 月（第 1 版）　　届出番号：13B1X10271000032

機械器具５８　整形用機械器具

一般医療機器　歯科用インプラント手術器具　70965001

Help キット

【禁忌・禁止】

<併用医療機器>

1）当社以外の製品と併用しないこと。

<使用方法>

1）　変形や破損した場合は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状・構造

1）Screw Remover

2）Screw Tap Repair

3）Screw Tap Repair Guide

4）Fixture Remover

5）Abutment Hex Remover

6）Cover Screw & Abutment Screw Remover

7）Wrench

原材料

ステンレス鋼、チタン合金、ブッ素ゴム

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの外科手術に用いる手動式器具をいう。

【使用方法等】

1）併用医療機器

本品は当社製インプラントシステムと併用する。

2）使用方法

1．Screw Remover

Abutment Screw に Screw Remover を締結後、除去する。

2．Screw Tap Repair、 Screw Tap Repair Guide

Guide を Fixture に位置させ、Screw Tap Repair を Rachet に締結後、損傷 Fixture 内部のねじ山を復元する。

3．Fixture Remover、Wrench

XRFSS を XRFSD に締結後、Rachet に締結する。

損傷された Fixture に締結後、XRFSD 除去し、XRFST を XRFSS と締結する。

損傷された Fixture を除去する。

除去された Fixture を Wrench で固定し、Remover を用いて除去する。

4．Abutment Hex Remover

損傷した Abutment Hex に締結後、除去する。

5．Cover Screw & Abutment Screw Remover

損傷した Cover Screw または Abutment Screw に締結後、除去する。

3）滅菌

・　使用前又は使用後に付着した血液、液体、組織等が乾燥する前に、洗浄液体に浸漬し、洗浄を行う。

推奨滅菌方法：高圧蒸気滅菌

温度：132℃ 15 分

【使用上の注意】

1）未滅菌のため、使用前には必ず洗浄、滅菌を行うこと。

2）使用後は洗浄、書毒又は滅菌後、完全に乾燥させること。

[腐食が発生したり、短期間で損傷することがある]。

【保管方法及び有効期間等】

1）常温・常湿で直射日光を避け、清潔な場所に保管すること。

2）感染の恐れがある場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1）洗浄・消毒方法

・　ステンレス鋼は鉄に比べて錆びにくい金属であるが、使用方法及び環境によっては錆びることがあるので十分に注意すること。

・　金属腐食を起こす恐れのある薬剤、超酸性水などは使用しないこと。

・　使用後は、防錆洗浄後、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。

・　磨き粉、金属ウール、金属ブラシを使用しないこと。

2）滅菌方法

高圧蒸気滅菌(132℃、15 分)で滅菌し、室温で保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＊　製造販売業者 ： 株式会社 BMS JAPAN

TEL：03（5817）8189

製造業者 ： Dentium Co., Ltd

国　　名 ： 大韓民国