

ホルター用ディスプレイ電極 エクセローデ 12L TEH-150(F)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

併用医療機器

1. 磁気共鳴画像診断装置 (MRI 装置)
[MRI 装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。]「相互作用の項参照」
2. 高圧酸素患者治療装置
[爆発または火災が起こる恐れがあります。]「相互作用の項参照」
3. 除細動器
[放電エネルギーによる電撃により本製品が破損したり、除細動対象患者へのエネルギー印加不足など本来の性能を損なう恐れがあります。]「相互作用の項参照」
4. 電気手術器 (電気メス)
[電気メスからの電流が電極に流れることにより、患者および被検者が熱傷を負うことや本製品の本来の性能を損なう可能性があります。]「相互作用の項参照」


使用方法

1. 再使用禁止
2. 可燃性麻酔ガスおよび高酸素濃度雰囲気内で使用しないでください。
[爆発または火災が起こる恐れがあります。]「相互作用の項参照」

【形状・構造及び原理等】

形状

**



**

No.	名称	No.	名称
1	上テープ	5	セパレータ
2	電解質	6	ライナー
3	電極素子	7	コネクタ
4	下テープ	-	-

種類

型式	備考
TEH-150DAC(F)	—

作動・動作原理

* 体表面に設置し、体表面の心電信号を心電波形処理装置 (心臓の活動電位 (1mV 程度の微弱な電圧) を波形グラフで表示する) に伝達する導体です。この活動電位を記録する一般的な装置は、ホルター記録器です。本製品は単回使用です。

動作保証条件

- ・ 使用温度: 10~45°C
- ・ 使用湿度: 10~95%RH (結露しないこと)

【使用目的又は効果】

使用目的

本製品は体表に設置し、体表の電気信号をホルター記録器に伝達する導体です。本製品は単回使用です。

【使用方法等】

使用前

1. 皮膚の前処理を行います。皮膚の前処理は、電極部を貼り付ける部分を清潔にして乾燥させ、脂分を取り除いてください。体毛が多く、電極部の貼り付けの妨げになる場合は除毛してください。
2. アルミ包装をあげ、電極を取り出します。
- * 3. ライナーから電極をセパレータごと剥がし、前処理した皮膚上にのせて、粘着テープにしわがよらないよう指で上から円を描くように押さえて肌に密着させます。その際、貼付部位の皮膚がなるべく伸びた状態になるよう、仰向け等の姿勢で電極を貼付してください。また、貼付時には中心部を強く押さないように注意してください。
4. 皮膚から電極部が剥がれないように、セパレータをゆっくり丁寧に剥がします。
5. ホルター記録器に接続した中継アダプタと本製品のコネクタの位置を合わせ、「カチッ」とロック音がするまでコネクタを押し込みます。

**使用後

**・検査後、電極を剥がす際は、電極のタブ部分 (テープ突起部) を持って剥がしてください。

組み合わせて使用する医療機器

以下の製品の製造販売業者はフクダ電子株式会社です。

一般的名称 (販売名)	医療機器認証番号
長時間心電用データレコーダ (ホルター記録器 デジタルウォーク FM-1500)	302ADBZX00105000

一般的名称 (販売名)	製造販売届出番号
心電計ケーブル及びリード (ホルター用中継アダプタ C I H - 15)	13B1X00003S00116

【使用上の注意】

*使用注意 (次の患者には慎重に適用すること)

* 高齢者、皮膚が弱い患者、アレルギー体質のある患者、皮膚の形成が未熟な患者 [発疹、発赤、かゆみ等の皮膚傷害や皮膚剥離を起こす恐れがあります。]

重要な基本的注意

* 指定された製品以外、接続しないでください。[正常に動作しない、性能を満たさないなどにより安全上の問題が発生する恐れがあります。]

- ・本製品は防水仕様ではありません。使用中に入浴したり、シャワーを浴びたりしないでください。[電極部剥がれや記録不良の原因となります。]
- ・電極部は手やタオルで強くこすらないでください。[電極部剥がれやノイズの原因となります。]
- ・濡れた手でコネクタを外さないでください。[中継アダプタ接点部に浸水し、正常な心電図波形が得られない恐れがあります。]
- ・ホルター記録器が濡れた状態でコネクタを外さないでください。[中継アダプタ接点部に浸水し、正常な心電図波形が得られない恐れがあります。]
- ・皮膚障害のある部位への貼り付けは避けてください。
- * 下着、ベルト等でこすれる部位への貼付は避けてください。[装着部の発赤、皮膚剥離を起こすことがあります。]
- * 首付近や腰まわり等、記録中に皮膚が大きく伸縮する部位への貼り付けは避けてください。[電極テープにより皮膚の伸縮が抑制されてしまうことで皮膚障害が発生する恐れがあります。]
- * 検査前に接続に緩み等の問題が無いことを確認してください。[接触不良により正常な心電図を得られないことがあります。]
- * 検査前に心電図の波形が正常に表示されることを確認してください。
- ・測定時には機器、電極部等が押さえつけられ、体を圧迫していることが無いことを適宜確認してください。[血流を阻害し、圧迫壊死を生じることがあります。]
- ・アルミ包装を開封した後は、電解質が乾燥しやすいので早めにご使用ください。
- ・皮膚処理後は、皮膚が乾燥していることを確認して、電極部を貼ってください。[電極部剥がれの原因となります。]
- ・電極部はしわがよらないように肌へ貼り付けてください。[電極部剥がれの原因となります。]
- ・皮膚に発赤、腫れなどの症状が現れたときは使用を中止してください。
- ** * 電極を剥がす際は、皮膚の損傷を最小限に抑えるために、ゆっくりと剥がしてください。[皮膚の痛みや剥離等を生じる恐れがあります。]
- ・万が一、電解質を誤飲されますと体内で滞留する恐れがあるため、取り扱いに注意してください。
- ・本製品は滅菌できません。

相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）	併用不可	MRI 装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。
高圧酸素患者治療装置	併用不可	爆発または火災が起こる恐れがあります。
可燃性麻酔ガスおよび高酸素濃度雰囲気内での使用	併用不可	爆発または火災が起こる恐れがあります。
除細動器	併用不可	放電エネルギーによる電撃により本製品が破損したり、除細動対象患者へのエネルギー印加不足など本来の性能を損なう恐れがあります。
電気手術器（電気メス）	併用不可	電気メスからの電流が電極に流れることにより、患者および被検者が熱傷を負うことや本製品の本来の性能を損なう可能性があります。

*妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

- * 本製品は、新生児および低出生体重児にはサイズが対応していないことから電極同士が重なる恐れがあるため、使用できません。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

直射日光の当たる場所、水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所を避けて、指定温度範囲内の場所に保管してください。特に湿度、塩分、硫黄分の多い雰囲気には保管しないでください

- ・保管温度：-10～40℃

ただし、-10～0℃は輸送温度として 24 時間以内に限る。

使用期限

アルミ包装に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フクダ電子株式会社

- * 電話番号：03-5802-6600（お客様窓口）