

*【警告】

本品のニードルガイドのガイド下で電気手術器のニードルカニューレを使用する際は、ニードルカニューレの絶縁皮膜を損傷しないよう、ニードルカニューレの操作を慎重に行ってください。

〔電気手術器のニードルカニューレを本品のニードルガイドに挿入する際およびニードルガイドに沿って出し入れを行う際、ニードルカニューレ上の絶縁皮膜を破損させ、破損部周囲の組織に熱傷を引き起こす可能性があります。〕^[1]

【禁忌・禁止】

適用対象（患者）

眼球には使用しないでください。
〔超音波出力により、眼球を損傷する恐れがあります。〕


併用医療機器

*磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）と併用しないでください。
〔MRI 装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。〕「相互作用の項参照」

使用方法

*可燃性麻酔ガスおよび高酸素濃度雰囲気中に設置しないでください。
〔爆発や火災の恐れがあります。〕

【形状・構造及び原理等】



*各部名称

番号	名称
a	プローブ部
b	ケーブル部
c	コネクタ部

*寸法及び質量

A	B	C	D	質量
27mm	75mm	110mm	2200±50mm	630g

（記載なき寸法、質量の公差は記入数値の±10%以内）

*患者に接触する部分とその原材料

a. プローブ部	シリコン 変性ポリフェニレンオキシド
----------	-----------------------

電撃に対する保護の形式と程度

- ・保護の形式：クラスⅠ
- ・保護の程度：BF 形装着部

*動作保証条件

- 次の条件を満たしている環境下で使用してください。
- ・周囲温度：10～40℃
 - ・相対湿度：30～85%（結露なきこと）

構造・構成ユニット

- ・プローブ本体
- ・取扱説明書（付属品）
- * 医療機器添付文書（本書）

作動・動作原理

振動子は電気パルス信号を加えると、電気振動を機械振動に変換し、振動子に接する生体内に超音波を発射します。一方で振動子は、生体内からの反射波によって機械的に振動し、その機械振動を電気振動に変換するため、送受共用で使用することができます。

電子走査の場合には、接続された超音波診断装置内にて、電子フォーカスシステムを採用しています。

【使用目的又は効果】

超音波を用いて体内の形状、性状または動態を可視化し、画像情報を診断のために提供する装置に使用するプローブで、主に腹部、産婦人科領域の検査に使用するプローブです。

【使用方法等】

*1. 準備

- (1)使用前に日常点検を行ってください。
- (2)プローブを適合する超音波画像診断装置へ接続してください。

*2. 使用方法

- (1)超音波画像診断装置の操作方法に従って適切な動作状態に調節してください。
- (2)被検者の観察部位へエコーゼリーを塗布したプローブを当ててください。
- (3)超音波検査下で穿刺術を行う場合は、適合する穿刺ガイドホルダーを使用してください。
- (4)検査後は付着したエコーゼリーを拭き取ってください。
- (5)次の被検者への感染防止の処置が必要な場合、洗浄、消毒または滅菌を行ってください。

*組み合わせて使用する医療機器

**販売名	**認証・届出番号	**製造販売業者
超音波画像診断装置 UF-760AG	223ADBZX00025000	<u>**フクダ電子株式会社</u>
*超音波画像診断装置 UF-890AG	*227ADBZX00167000	<u>**フクダ電子株式会社</u>
穿刺ガイドホルダー FUT-PAD60C	13B1X00003U00009	<u>**フクダ電子株式会社</u>

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1.プローブは衝撃に弱く、特に体表に接触させる面は損傷しやすいので落としたり、ぶついたりしないでください。
 - 2.ゼリーは当社指定のものを使用してください。アルコールを含むゼリーの使用により、感度低下や分解能が劣化する可能性があります。
 - 3.ケーブルは強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。断線の可能性があります。
- ** 4. プローブ清掃時は、当社指定の医療機器清拭クロス(OAZ-10S または OAZ-10L)、または中性洗剤もしくは水を含ませたガーゼ以外のものでは拭かないでください。
- **5. コネクタ端子は拭かないでください。〔性能の劣化を引き起こす恐れがあります。〕
6. 指定の機器以外、接続しないでください。
- ** 〔正常に動作しない、性能を満たさないなどにより安全上の問題が生じる恐れがあります。〕

*相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

*併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置（MRI装置）	<u>**併用不可</u>	*MRI装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 次の条件を満たしている環境下で保管してください。
- ・周囲温度：－10～60℃
 - ・相対湿度： 10～95%（結露なきこと）

耐用期間

3年〔自己認証（当社データ）による〕

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

日常点検

- *プローブを正しく使用するために使用前、使用後に日常点検を実施してください。日常点検の項目は以下のとおりです。
- * 本品に傷、ひび割れ、亀裂、剥離、変形、汚れがないことを目視で確認してください。

*洗浄、消毒及び滅菌

*注意事項

- * 感染防止の処置が必要な場合、洗浄、消毒または滅菌を行ってください。
- * 本品は高温に弱い為、オートクレーブ滅菌、煮沸消毒等の高温を要する消毒滅菌はしないでください。
- * コネクタ部は薬液に浸けたり、滅菌ガスに曝したりしないでください。
- * 洗浄、消毒または滅菌の際は、指定以外の薬品を使用しないでください。

*手順

(1)洗浄・薬液消毒

- *1)表面の付着物を流水で洗い流してください。
- *2)プローブ部を水に浸けて付着物をスポンジやガーゼで落とし、十分に乾燥させてください。
- *3)プローブ部を薬液に浸してください。
- *4)薬液が残らないように流水で洗い流してください。
- *5)柔らかい布等で水分を拭き取り乾燥させてください。

薬品名	商品名	使用方法
アルコール	消毒用エタノール <u>** (76.9～81.4v/v%)</u>	<u>**76.9～81.4v/v%（実用液）</u> 含浸ガーゼによる拭き取りのみ
次亜塩素酸ナトリウム	ミルクポン (1w/v%)	0.05w/v%（20倍） 含浸ガーゼによる拭き取りのみ
<u>**逆性石鹼</u>	<u>**オスバン</u> (10w/v%)	<u>**0.05w/v%（200倍）</u> <u>浸漬 30分</u>
グルタール	<u>**ワシユライト</u> (2w/v%)	<u>**2w/v%（実用液）</u> <u>浸漬 60分</u>
<u>**フタール</u>	<u>**ディスオーパ</u> (0.55w/v%)	<u>**0.55w/v%（実用液）</u> <u>浸漬 5分</u>

(2)洗浄・ガス滅菌

- *1)表面の付着物を流水で洗い流してください。
- *2)プローブ部を水につけて付着物をスポンジやガーゼで落とし、十分に乾燥させてください。
- *3)ガス滅菌してください。

薬品名	商品名	使用方法
エチレン オキシドガス ※1	ガスボンベ式 (濃度 10%, CO ₂ 混合)	罐内温度：55℃ 罐内湿度：50% 作動加圧：1.5kg/cm ² （限界値） 作動負圧：340mmHg 作用時間：3時間 エアレーション：55℃以下
低温プラズマ滅菌	<u>**STERRAD 100S</u> および <u>STERRAD NX</u>	<u>**STERRAD 100S はショートまたはロングサイクルを、STERRAD NX はスタンダードサイクルを選択してください。</u> <u>設定が必要な滅菌条件（温度、湿度、圧力、時間）はありません。</u>
<u>**過酸化水素ガス滅菌</u>	<u>**ES-700</u>	<u>**温度：50℃</u> <u>**圧力：≤50Pa</u> <u>**滅菌時間：60分</u>

※1 滅菌を行った後は、十分にエアレーションを行ってください。

*【主要文献及び文献請求先】

*主要文献

- *[1]：電気手術器と穿刺用ニードルガイド等の併用に係る自主点検等について。薬食安発第0924001号。2004。

*文献請求先

- *フクダ電子株式会社
*03-3815-2121(代)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
フクダ電子株式会社
電話番号：03-3815-2121(代)