

機械器具 21 内臓機能検査用器具
高度管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003
* 特定保守管理医療機器「生体情報モニタ Accumil V7000シリーズ」の構成品
サイドストリームCO₂モジュール VMOD-CO2S
メインストリームCO₂モジュール VMOD-CO2M
** サイドストリームCO₂モジュール VMOD-CO2SA
** マイクロストリームCO₂モジュール VMOD-CO2SM

【禁忌・禁止】

接続する機器の添付文書を参照してください。

【保管方法及び有効期間等】

接続する機器の添付文書を参照してください。

【形状・構造及び原理等】

** 本モジュールは、モニタ本体およびサテライトモジュールラックに挿入し、二酸化炭素濃度および呼吸数を連続的に測定するために使用します。


【保守・点検に係る事項】

接続する機器の添付文書を参照してください。


*** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：フクダ電子株式会社


外国製造業者：Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (中国)
シンセン マインドレー バイオメディカル
エレクトロニクスカンパニーリミテッド




** サイドストリーム
CO₂モジュール
VMOD-CO2S



** メインストリーム
CO₂モジュール
VMOD-CO2M



** マイクロストリーム
CO₂モジュール
VMOD-CO2SM



** サイドストリーム
CO₂モジュール
VMOD-CO2SA

1. 構成

**** 適用機器**

本モジュールは、以下の機器に接続して使用できます。

適用機器	医療機器認証番号
生体情報モニタ Accumil V7000シリーズ	22600BZX00092000
生体情報モニタ Accumil V6000シリーズ	22600BZX00264000
生体情報モニタ Accumil V5000シリーズ	22600BZX00097000※

※はサイドストリームCO₂モジュールVMOD-CO2Sを接続できません。

【使用目的又は効果】

接続する機器の添付文書を参照してください。

【使用方法等】

接続する機器の添付文書を参照してください。

【使用上の注意】

接続する機器の添付文書を参照してください。



046-006185-00(4.0)

接続する機器の取扱説明書を必ずご参照ください。

4L011544A