

機械器具 21 内臓機能検査用器具
 高度管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003
 特定保守管理医療機器「生体情報モニタ Accumil V7000シリーズ」の構成品
 ScvO2モジュール VMOD-SCV02

【禁忌・禁止】

<併用医療機器>「相互作用の項参照」

- ・磁気共鳴画像診断装置 (MRI装置) を併用しないでください。[MRI装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：フクダ電子株式会社


外国製造業者：Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (中国)

シンセン マインドレー バイオメディカル

エレクトロニクスカンパニーリミテッド

【形状・構造及び原理等】

本モジュールは、モニタ本体またはサテライトモジュールラックに挿入し、中心静脈血酸素飽和度を測定するために使用します。



適用機器

本モジュールは、以下の機器に接続して使用できます。

適用機器	医療機器認証番号
生体情報モニタ Accumil V7000シリーズ	22600BZX00092000
生体情報モニタ Accumil V6000シリーズ	22600BZX00264000

【使用目的又は効果】

接続する機器の添付文書を参照してください。

【使用方法等】

接続する機器の添付文書を参照してください。

【使用上の注意】

接続する機器の添付文書を参照してください。

<相互作用 (他の医薬品・医療機器等との併用に関する事)>

併用禁忌 (併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置 (MRI装置)	MRI装置と併用しないでください。	MRI装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。

【保管方法及び有効期間等】

接続する機器の添付文書を参照してください。

【保守・点検に係る事項】

接続する機器の添付文書を参照してください。



046-011603-00(1.0)

接続する機器の取扱説明書を必ずご参照ください。

4L0115900