

器O6呼吸補助器
管理医療機器 酸素投与キット 12855000

「エマジンオキシゲンシステム」の付属品
酸素チューブ No.7-1 直型 アダプター付

再使用禁止

TP-217

** 【警告】


- ・本品は未滅菌品です。
 - ・火気に近づけないでください。
 - ・廃棄の際は医療廃棄物として専門業者へ処理を依頼してください。
- 【使用方法】
- ・本器は感染予防のため一患者専用として使用してください。

【禁忌・禁止】

- ・再使用はしないでください。
- 【併用医療機器】
- ・気管チューブ、気管切開チューブとは接続しないでください。

【形状・構造及び原理等】

形状・構造



組成

ポリ塩化ビニール
※可塑剤としてフタル酸ジ2-エチルヘキシル／フタル酸ジイソノ
ニルを使用しております。

【使用目的又は効果】

本器は、酸素吸入器の付属品として酸素マスク又は他のコネクタ又は
酸素供給源の接続に使用される。

【使用方法等】

- 1) アダプターを酸素吸入器に接続してください。
- 2) もう一方のアダプターを酸素マスク又は他のコネクタに接続して
ください。
- 3) 必要な酸素量を酸素吸入器にて調節してください。

【使用上の注意】

互換性、安全性を確認した上で接続してください。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

水のかかる場所、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所には保管し
ないでください。

有効期間

2年（自己認証による）

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ブルーカross株式会社
TEL: 049-243-9939
www.bluecross-e.co.jp

販売業者（販売店）