



類別： 器34 医療用刀
一般医療機器 ナイフハンドル JMDN: 12235000
販売名：膝状メス柄

【警告】

・使用時に過度な加重はかけないこと。刃の脱落、破損等の可能性があり、体内に脱落する恐れがある。脱落した場合は、ただちに回収すること。

【禁忌・禁止】

・本製品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となるので絶対に行わないこと。

* 【形状・構造及び原理等】

1. 形状(代表的形状)



2. 原材料

ステンレス鋼

3. 動作原理

替刃メスを接続し、深部用メスとして使用できる。

【使用目的又は効果】

手術時に、組織の切断又は切離のための刃を取り付けて使用する。

【使用方法等】

先端部に刃を取り付けて組織の切断又は切離を行う。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

**(1) 本製品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄・滅菌を実施すること。

**(2) 本製品がプリオント病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

(3) 本品は未滅菌ですので使用に際しては必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）すること。

(4) 使用前に正常であることを確認してから使用すること。

(5) 使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。

(6) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥

しないよう、直ちに洗浄液等に侵漬すること。

- (7) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。
(8) 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷する危険性があり、また、器械の表面を損傷するので、行なわないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥をすること。
(2) 滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管をするとともに、有効保管期間の管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒、滅菌を行うこと。
(2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
*(3) 洗浄は手洗いを推奨する。包装や保管するときは、完全に乾かすこと。
(4) 洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。仕上げすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いること。
(5) 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥すること。
(6) 滅菌前に、汚れ、傷、曲がり等の異常がないか点検すること。
(7) 点検後、セット・包装をし、滅菌すること。
(8) 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので汚染除去及び洗浄時の使用しないこと。
*(9) 本品は未滅菌です。使用に際しては必ず洗浄し、適切に機能することが確認された高压蒸気滅菌器による標準的滅菌条件又は、医療機関で滅菌バリテーションが検証され、有効性が立証された滅菌条件により滅菌を行なうこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フジタ医科器械

郵便番号：113-0033

住 所：東京都文京区本郷3-6-1

電話番号：03-3815-8810（代）