



類別： 器 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ JMDN：70469000
販売名：手台

【禁忌・禁止】

- ・本製品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となるので絶対に行わないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状(代表的形状)



2. 原材料

ステンレス

【使用目的又は効果】

手術時に、術者が機器を操作するときに手をのせる。

【使用方法等】

手術台からのアームコントローラーに取り付けて術者の手をのせる。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- (1) 使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- (2) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に侵漬すること。
- (3) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥すること。
- (2) 滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。

- (2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。

* (3) 洗浄は手洗いを推奨する。包装や保管するときは、完全に乾かすこと。

- (4) 洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。仕上げすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いること。

- (5) 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥すること。

- (6) 可動部の動きをスムーズにするために、水溶性潤滑剤を塗布することを推奨する。

- (7) 滅菌前に、汚れ、傷、曲がり、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。

- (8) 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので汚染除去及び洗浄時の使用しないこと。

* (9) 本品は未滅菌です。使用に際しては必ず洗浄し、適切に機能することが確認された高圧蒸気滅菌器による標準的滅菌条件又は、医療機関で滅菌バリテーションが検証され、有効性が立証された滅菌条件により滅菌を行なうこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フジタ医科器械

郵便番号：113-0033

住 所：東京都文京区本郷 3-6-1

電話番号：03-3815-8810（代）