届出番号:13B1X00199000005

**2021 年 5 月 改訂(第 4 版)
*2016 年 10 月 改訂(第 3 版)(新記載要領に基づく改訂)

機械器具(29) 電気手術器
一般医療機器 一般的名称:電気手術電極ホルダ JMDN コード:35043000

ホルスター

再使用禁止

【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
1. 形状
45(W) × 30(D) × 135(H) (mm)



2. 材料
ポリプロピレン

【使用目的又は効果】
作動中のハンドコントロール型電気手術電極(ペンシル電極)を、手術中の非使用時に収納する用具をいう。

【使用方法等】
本品は滅菌品につき、包装開封後そのまま直ちに 1 回限り使用する。
1. ホルダー部を適当な場所に固定する。
2. 電気手術電極を、手術中の非使用時に本品に収納する。
3. 手術終了後廃棄する。

【保管方法及び有効期間等】
●本品は、品質保持のため、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、清潔な場所に保管すること。
** ●有効期間:パッケージの有効期限を参照のこと。[自己認証(当社データ)による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
「製造販売業者」
株式会社プロシード
TEL:03-5468-1666 FAX:03-5468-1650
http://www.proseedcorp.com/

「製造業者」
Shining World Health Care Co., Ltd. シャイニング ワールド ヘルス ケア カンパニーリミテッド
TAIWAN 台湾