

機械器具35 医療用はさみ
一般医療機器 はさみ JMDN 35325001

はさみ

【禁忌・禁止】

〔適用対象（患者）〕

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

本品は、2枚の刃及び把持部からなる。
代表例を示す。



〔種類〕

作業部と把持部の形状により、以下の種類がある。

品番一覧

種類	品番
縫合用 ヒューフレディ	S13 S13S
一般外科用	S21 S22 S23
パーマシャープ ワイヤーカッティング用	S5095
包帯用 リスター	SLB
ストラビスマス	S40

・原材料：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

手術時に組織、布、縫合糸等を切断するのに用いる。

【使用方法等】

把持部を手に持ち、2枚の刃で、組織、布、縫合糸等を切断します。

＜滅菌方法及び滅菌条件＞

滅菌方法	滅菌条件	乾燥時間
真空脱気式蒸気滅菌	温度：132℃又134℃ 暴露時間：4分	30分以上
重力置換式蒸気滅菌	温度：121℃ 暴露時間：30分	30分以上

・141℃以上に加熱しないこと。

上記は一般的な条件である。使用する滅菌器メーカーの条件を確認すること。

【使用上の注意】

〔使用方法〕

- 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- 破折等による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。
 - ①本製品に対する曲げ、切削、加圧等

②粗雑な扱い（キズをつける、落下させる、強い衝撃を与える等）

③バーナ等による加熱

- 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。
- 薬剤等が付着した場合、腐食するおそれがあるので、速やかに清拭すること。
- 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・滅菌をした後、次回使用に備え保管しておくこと。
- 機器の窪んだ部分や見えない部分は定期的に点検し、残存物等が完全に取除かれていることを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- 薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- 「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ又は腐食等がないか点検すること。
- 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。（使用上の注意参照）
- 洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
- 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- 滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- 必要以上に、滅菌水にさらさないこと〔サビ等の恐れがある〕。
- 消毒・滅菌には精製水を使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

株式会社アルファメッド
東京都港区西麻布3-6-4

＜販売業者・問い合わせ先＞

ヒューフレディ・ジャパン合同会社
電話番号：03-4550-0660

＜外国製造業者＞

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC（米国）
HU-FRIEDY MFG. CO. LLC ZWEIGNIEDERLASSUNG
DEUTSCHLAND（ドイツ）