

拡張器

【形状・構造及び原理等】

概要

本品は、棒状のステンレス鋼から構成されている。

形状・構造

本品は使用者の使いやすさの向上を目的に使用者の求めに応じて様々な形状がある。代表的形状は以下の通り。



全長：11.5cm～30.0cm(±2.8%)

原理

外科手術を行う際に、開口部、管又は血管などに挿入し内径（口径）を拡大する。

【原材料】

名称	原材料	規格	
本体	ステンレス鋼	JIS	SUS304

【使用目的又は効果】

開口部、管又は血管などの内径（口径）を拡大するために用いる手術器具である。

【使用方法等】

使用前に変形やひび等がないか正常に作動するかを確認し、必ず洗浄・滅菌をすること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 先の細いもの、長い形状の物は、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。破損する恐れがある。
- 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 常温・常湿で、塵や埃のない清潔な場所に保管すること。
- 洗浄後は必ず乾燥させてから保管すること。
- 水濡れや直射日光を避けること。
- 錆びている機器と一緒に保管しないこと。
- 化学薬品と一緒に保管しないこと。
- 消毒器・滅菌器、保管庫等の内部に発生した錆びや汚れに注意すること。

【保守・点検に係る事項】

洗浄・消毒、滅菌

- 本品は未滅菌で供給されるため、使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。

滅菌条件：

高圧蒸気滅菌（プレバキューム）

- 温度：134℃
- 保持時間：5 分以上

プレバキューム式高圧蒸気滅菌器を必ず使用すること。

- 使用後は直ちに洗浄液等に浸漬し洗浄すること。洗浄後は必ず乾燥させること。湿った状態で長時間放置しますと変色、錆等の発生原因になる。
- 洗浄の際、目の粗い磨き粉や金属ウールで本品の表面を磨かないこと。
- 洗浄装置（超音波洗浄器等）で洗浄を行う際は、他の機器が接触しないようにすること。
- 血液、体液、組織片等により汚染した機器は、使用後すぐに洗浄、消毒、滅菌を行うこと。汚染物質を付着したままにしておくで除去しにくくなることもある。
- 洗浄、消毒、滅菌には精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
- 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は機器が変質または変色することがある。

使用者による保守点検

- 本品を使用前及び洗浄中に、欠陥（ひび割れ、変形、摩耗、腐食等）がないか、機器が正常に作動するか目視で点検すること。
- 洗浄が不十分な場合や器具に詰まりがある場合は再度洗浄し、十分にすすぎ洗いをする。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：株式会社アルファメッド

東京都港区西麻布 3－6－4

外国製造業者：メディコン社（MEDICON eG）

国名：ドイツ