

器 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管  
一般医療機器 手動式 X 線フィルムカセット（35437000）

## 富士一般撮影用カセット (F、FW)

### 【形状・構造及び原理等】

#### 〈形状・構造〉

手動式 X 線フィルムカセットです。

### 【使用目的又は効果】

X 線一般撮影に用いるカセットです。

### 【使用方法等】

エックス線撮影 1 回ごとに、フィルム 1 枚（カセット 1 枚）を使用します。ただし、多層断層同時撮影やワンショットエネルギーサプトラクション処理の場合は複数枚を使用します。

### 【使用上の注意】

#### 〈重要な基本的注意〉

- 1) 裏蓋を閉じる際、手・指などを挟まないように注意すること。
- 2) カセットは、撮影目的に合ったものを使用すること。
- 3) 増感紙は、使用目的に合ったものを使用すること。
- 4) カセットは、水等がかからない場所で使用すること。
- 5) カセットにフィルムを装填する際、カセットからフィルムがはみ出さないように注意すること。
- 6) フィルムの装填・取り出し時に増感紙やカセット内部の部品を損傷しないよう注意すること。
- 7) カセットにフィルムを装填する際、細かなごみ、ほこり等異物が混入しないよう注意すること。
- 8) カセットにフィルムを装填する時は、フィルムの乳剤面と増感紙の蛍光面とが密着するよう装填すること。
- 9) カセットは、落下させたり、折り曲げたり、強い衝撃を与えたりすると変形・破損することがありますので、丁寧に扱うこと。

#### 〈その他の注意〉

- 1) カセットを廃棄する場合は、産業廃棄物となるため、必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を委託すること。

使用上の注意の詳細については、取扱説明書を参照してください。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1) 貯蔵・保管方法

- (1) カセットは、水等のかからない場所に保管してください。
- (2) カセットは、高温高湿の場所やほこりの多い場所、直射日光が当たる場所、強い紫外線を含む各種放射線が当たる場所を避けて保管してください。

#### 2) 動作保証条件

カセットを使用の際は下記の環境条件を守ってください。

保管時 温度：0℃～45℃

湿度：10%RH～90%RH（結露なきこと）

冬季など乾燥しすぎる場合は加湿してください。

#### 3) 有効使用期間

3 年〔自己認証（当社データによる。）〕

（但し、指定された使用環境において標準的な頻度で使用され、指定の保守点検と定期交換部品・消耗品の交換をした場合の年数であり、使用状況によっては異なる場合がある）

### 【保守・点検に係る事項】

保守・点検に係る事項は、取扱説明書を参照してください。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：富士フイルム株式会社

電話番号：0120-771669

販売業者：富士フイルム メディカル株式会社

電話番号：03-6419-8033