

器 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般医療機器 手動式 X 線フィルムカセット（35437000）

富士医療用スクリーン付きカセット

HI-SCREEN PX C, HG-H(PS-H) C, HR-LIGHTNING PLUS(HR-6) C, UM MAMMO FINE C, UM MAMMO MEDIUM C, AD MAMMO FINE C, AD MAMMO MEDIUM C

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

スクリーン付きカセットです。

【使用目的又は効果】

X 線一般撮影、または乳房等軟部組織の X 線撮影に使用するスクリーン付きカセットです。

【使用方法等】

エックス線撮影 1 回ごとに、フィルム

1 枚（カセット 1 枚）を使用します。ただし、多層断層同時撮影やワンショットエネルギーサブトラクション処理の場合は複数枚を使用します。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) スクリーン付きカセットの裏蓋を閉じる際、手・指などを挟まないように注意すること。
- 2) スクリーン付きカセットは、撮影目的に合ったものを使用すること。
- 3) スクリーン付きカセットは、水等がかからない場所で使用し、増感紙に湿気、水分を付着させないこと。
- 4) スクリーン付きカセットにフィルムを装填する際、カセットからフィルムがはみ出さないように注意すること。また、フィルムの乳剤面と増感紙の蛍光面とが密着するよう装填すること。
- 5) スクリーン付きカセットにフィルムを装填する際、細かなごみ、ほこり等異物が混入しないよう注意すること。
- 6) フィルムの装填・取り出し時に増感紙やカセット内部の部品を損傷しないよう注意すること。
- 7) カセットは、落下させたり、折り曲げたり、強い衝撃を与えたりすると変形・破損することがありますので、丁寧に取り扱うこと。
- 8) 増感紙表面に汚れ、ごみ等が付着した場合は清掃すること。増感紙表面を清掃する時は、上質の石鹼水溶液またはエタノールを少量含ませた清潔なガーゼで、増感紙の表面全体を軽く均一に拭き、その後、乾いた柔らかい布で軽く乾拭きすること。ただし、有機溶剤、増白剤の入った石鹼水や洗浄剤は使用しないこと。また、増感紙はよく乾かした状態で使用すること。

〈その他の注意〉

- 1) スクリーン付きカセットを廃棄する場合は、産業廃棄物となるため、必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を委託すること。

使用上の注意の詳細については、取扱説明書を参照してください。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 貯蔵・保管方法
直射日光、紫外線、各種放射線があたらない場所で、高温高湿・ほこりの多い場所を避けて保管すること。

2) 動作保証条件

スクリーン付きカセットを使用の際は下記の環境条件を守ってください。

保管時 温 度：0℃～45℃

湿 度：10%RH～90%RH（結露なきこと）

冬季など乾燥しすぎる場合は加湿してください。

3) 有効使用期間

2 年[自己認証（当社データによる。）]

（但し、指定された使用環境において標準的な頻度で使用され、指定の保守点検と定期交換部品・消耗品の交換をした場合の年数であり、使用状況によっては異なる場合がある）

【保守・点検に係る事項】

保守・点検に係る事項は、取扱説明書を参照してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：富士フイルム株式会社

電話番号：0120-771669

* 販売業者：富士フイルム メディカル株式会社

電話番号：0570-02-7007（ナビダイヤル）