

**2024年7月改訂(第5版)

** 認証番号 225AABZX00069000

*2016年4月改訂(第4版)

機械器具 25 医療用鏡 管理医療機器 ビデオ軟性胃十二指腸鏡 JMDNコード: 38805000

** (ビデオ軟性食道鏡 JMDNコード: 38666000) (ビデオ軟性咽頭鏡 JMDNコード: 38691000)

(ビデオ軟性喉頭鏡 JMDNコード: 35462000) (ビデオ軟性鼻咽喉鏡 JMDNコード: 70136000)

(ビデオ軟性口腔鏡 JMDNコード: 70124000)

特定保守管理医療機器

**** 「電子内視鏡 EG-580NW2」の付属品
ボタン AW-500**

**** 【形状・構造及び原理等】**

本製品は、弊社内視鏡の取扱説明書に適用ボタンが AW-500 と記載がある内視鏡に使用すること。

オートクレーブ: 可

本製品は、未滅菌である。
(用時滅菌品)

【保管方法及び有効期間等】

**** <有効期間>**

本製品の有効期限は未使用の場合3年間。使用開始から1年間。
「自己認証(弊社データ)による」

*** ** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

富士フイルム株式会社

TEL: 0120-771669

販売業者

富士フイルムメディカル株式会社

TEL: 0570-02-7007 (ナビダイヤル)

FW906A 202B1223421D

2407-4.0