

器 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDNコード 70682000

ダイナミックミキシングチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者：Premium Plus (Dongguan) Limited
(国名：中華人民共和国)

【形状・構造及び原理等】

形状



材質 (本体) ポリプロピレン
(羽) ポリオキシメチレン

【梱包】

50個

【使用目的又は効果】

歯科用印象材を練和又は混和する器具である。

【使用方法等】

- ・本品と適合する自動練和器の説明書に従い、本品を接続する。
- ・自動練和器及び印象材の説明書に従い、印象材を練和する。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・本品がカートリッジに確実に装着されることを確認してから使用すること。
- ・使用後は本品をキャップとしてカートリッジに付けたまま保管すること。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品の点検をすること。
- ・破損、磨耗、腐食、変形、脱落、その他損傷等が確認された場合は使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、低温、多湿、直射日光を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。