機械器具　62　歯科用切削器
一般医療機器　歯科用スケーラ　JMDN ｺｰﾄﾞ 35320000

インプラントスケーラー

【形状・構造及び原理等】

形状

材質
　ハンドル　　：ステンレススチール
　チップ部分 ：ポリアリールアミド

[梱包]
　1 セット（ハンドル 1 本/チップ 2 種類各 12 本）
　チップ 2 種類×各 12 本

【使用目的又は効果】

口腔内清掃及び歯周治療時に歯の表面から歯石等の沈着物を除去するために用いる歯科手用器具をいう。

【使用方法等】

使用前に滅菌をし、ハンドルを持ち刃部を歯石等に当て、引く動作で歯石等を削り取る。

「使用方法に関連する使用上の注意」

(1) ハンドルにチップが確実に装着しているか確認すること。
(2) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

(1) 破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に取り扱うこと。
(2) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

(1) 高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
(2) 「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
(3) 接触腐食を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしは保管時に接触させないこと。

【保守・点検に係る事項】

(1) 機器に付着した血液、体液、組織等は、乾燥し、固化する前に流水による洗浄、洗浄液等への浸漬等により確実に除去すること。
(2) 洗浄剤は洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
(3) 洗浄後は精製水で十分すすぎ、乾燥させること。
(4) 高圧蒸気滅菌すること。詳細は高圧蒸気滅菌装置の説明書に従うこと。例：120℃で 15 分又は 135℃で 5 分
(5) 洗浄、消毒装置あるいは高圧蒸気滅菌装置を使用する際は、機器どうしを接触させないこと。
(6) 乾燥させてから保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
　　電話番号　06-6845-0066

製造業者　：Premium Plus (Dongguan) Limited
　　（国名：中華人民共和国）