医療機器 66 歯科用練成器 一般医療機器 歯科用練成器具 JMDN コード 70682000

ミキシングチップ W

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】

	長さ(mm)	先端径(mm)
オレンジ (XS)	64.9	0.9
グレー (S)	69.5	3.7
ホワイト(L)	87.4	4.7

※寸法については許容差がある。

【使用目的又は効果】

歯科材料を練和又は混和する器具であり、注入機能を有する。

*【使用方法等】

- (1) 対応するカートリッジ製品の添付文書に従い、ディスペンサーガンにカートリッジを装着し、カートリッジのキャップを外し、ペーストを少量押し出して、材料が均等に出ることを確認する。
- (2) カートリッジにミキシングチップを装着し、時計方向に 90° 回転させてロックする。必要に応じてミキシングチップにイントラオーラルチップあるいはバイトチップを装着する。
- (3) ディスペンサーガンのレバーを引いて、カートリッジ内の材料 を押し出す。
- (4) カートリッジからミキシングチップを外し、カートリッジのキャップをする。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- (1) ミキシングチップがカートリッジに確実に装着されている こと、またイントラオーラルチップ又はバイトチップがミキ シングチップに確実に装着されていることを確認してから、 材料の押し出しを行うこと。
- (2) イントラオーラルチップの先端は尖形なので、取扱いに注意 すること。
- (3) カートリッジ及びディスペンサーガンの取扱いについては、 各々の添付文書を参照すること。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず製品の点検をすること。
- (2) 破損、磨耗、腐食、変形、脱落、その他損傷等が確認された 場合は使用しないこと。
- (3) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しない こと。
- (4) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (5) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導 に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び使用期間等】

- (1) 高温、低温、多湿、直射日光を避けて、加圧(物理的負荷) 及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- (2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:プレミアムプラスジャパン株式会社

電話番号 06-6845-0066

届出番号: 27B2X00268Z00028

製造業者 : DXM Co.,Ltd.

(国名:大韓民国)

1/1