

**機械器具(39) 医療用鉗子
一般医療機器 鉗子 10861001
ファルダーン鉗子**

【禁忌・禁止】

1. 本品は未滅菌ですので、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
2. 製品本来の使用目的と違う用途での使用はしないこと。
3. 本品の加工、改造等は絶対に行わないこと。

イドライン等を遵守すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本品を保管する際は、高温・高湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。
2. 水濡れや直射日光は絶対に避けること。

【取扱い上の注意】

1. 本品を取り扱う際は、思ひぬケガを避けるため先鋒部等に細心の注意を払うことと共に、包装から取り出し洗浄・滅菌を行うこと。
2. 洗浄の際、目の粗い磨き粉や金属ウールで本品の表面を磨かないこと。
3. 滅菌を行う場合にはロック等は開いた状態で行うこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 医療機器の使用、保守管理責任は使用者側にあります。
2. 本品を安全に、より長い間ご使用頂くために、始業・終業・定期点検等は、必ず行って下さい。
3. 鑄を防ぐ為に以下の事をお守り下さい。
 - (1). 使用後は速やかに洗浄を行うこと。
 - (2). 取り外せるものは取り外し、そうでないものは可動部をよく動かしながら洗浄すること。
 - (3). 洗浄後に汚れが残った状態での滅菌、消毒はしないこと。
 - (4). 洗浄や滅菌に使用する水は、蒸留水か脱塩した水を使用すること。
 - (5). 酸やアルカリの強い洗剤の使用は避けること。
 - (中性の洗剤をご使用下さい)
 - (6). 超音波洗浄の際にはメーカー指定の適正な洗剤を使用すること。
 - (家庭用洗剤は使用しないで下さい)
 - (7). 洗浄後、湿った状態での放置はしないこと。

【包装】 1本入り**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

ファルダーン・エンタープライズ有限会社

〒347-0126 埼玉県加須市外田ヶ谷 82

TEL : 0480-73-7595

製造業者

パキスタン・イスラム共和国

ファルダーン・エンタープライズ

FARDAN ENTERPRISES (PAKISTAN)

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

代表例(本品には、超硬チップ付タイプ、ダイヤモンドチップ付タイプもある)



2. 原材料

ステンレス鋼又はチタン合金

(超硬チップ部 : タングステンカーバイド)

3. 原理

先端部の2つの咬み合い部によって、把持、結合、圧迫又は支持する。

【使用目的又は効果】

本品は、臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持するため
に用いる器具である。

【使用方法等】

1. 使用前に、必ず洗浄・滅菌を行う。120°C/30分の高压蒸気滅菌条件を推奨する。
2. ハンドルを親指と中指等を用いて握ると、ラケット部が重なるとともに先端が閉じる。
3. 開くときは、ハンドルを親指と中指等を用いて開く。

【使用上の注意】

1. 先端を損傷したり、硬いものに接触させたりして変形や損傷が生じると、器具・器械の寿命を著しく低下させます。
2. 本品を使用するにあたっては、装置と技術に対する適切な理解が必要です。
手技に習熟した方以外は使用しないで下さい。
3. 誤った使用方法は本品の損傷を招く恐れがあります。
4. 本品を使用するには、神経と血管の損傷を避けるために、厳密な解剖学的考慮が必要です。
5. 本品をクロイツフェルトヤコブ病(CJD)患者、又はその疑いのある患者に
使用した場合は、クロイツフェルトヤコブ病(CJD)に関する国内規制及びガ