機械器具　２２　検眼用器具

一般医療機器　　自動視野計　　JMDN コード：16918001

「視線分析型視野計 ゲイズ アナライジング ペリメーター GAP」の付属品

スタンド

【形状・構造及び原理等】

1.　構成

・スタンド

・あご台

・六角レンチ

2.　寸法

・350(H)mm×300(W)mm×300(D)mm

3.　重量

・3.7kg（スタンド及び本体（ゴーグル）の重量）

4.　作動・動作原理

ディスプレイ上に視標を表示し、被験者の反応を検知し視野計測を行う。被験者の反応は、ディスプレイ中央に表示された中心点を被験者に注視させた状態で、被験者が計測用視標を知覚した場合に、手元スイッチを押す方式により検知する。計測用視標は設定された計測範囲内に無作為に表示される。 手元スイッチを押す方式では、視標を知覚し反応するまでの時間を記録し、視野計測を行う。

所定の計測が終わると計測結果をパーソナルコンピュータ画面に表示し、被験者単位で自動的に保存することができる。保存された計測データは表計算ソフトでも表示・集計可能なデータ形式で出力できる。また、その他外部機器を接続することで計測結果を転送・印刷することができる。

【使用目的又は効果】

様々な位置に自動的に表示した小さな視標に対する、被験者の反応を記録することにより視野測定を行うために使用する。(「視線分析型視野計 ゲイズ アナライジング ペリメーター GAP」の使用目的又は効果を記載)

【使用方法等】

本スタンドは、「視線分析型視野計 ゲイズ アナライジング ペリメーター GAP」の 本体（ゴーグル）に取り付けて使用する。

スタンドと本体(ゴーグル)を取り付けることで、本体（ゴーグル）を支えることができる。

【使用上の注意】

1.　平らで安定した場所に設置すること。
2.　あご台に体重をかけないこと。
3.　本体（ゴーグル）の角度調整を行う際は、附属の六角レンチを使用すること。
4.　本製品は、本体（ゴーグル）を安定して保持するためのスタンドです。本来の目的以外に使用しないこと。

その他の使用上の注意は、「視線分析型視野計 ゲイズ アナライジング ペリメーター GAP」の添付文書を参照のこと。

【保管方法及び有効期間等】

「視線分析型視野計 ゲイズ アナライジング ペリメーター GAP」の添付文書を参照のこと。

【保守・点検に係る事項】

「視線分析型視野計 ゲイズ アナライジング ペリメータ

取扱説明書を必ずご参照ください。

ー GAP」の添付文書を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ファインデックス

TEL　　：089-947-3388

製造業者　　：株式会社ファインデックス

連絡先　　：株式会社ファインデックス

TEL　　：089-947-3388

サイバーセキュリティ問い合わせ先：製造販売業者と同じ

取扱説明書を必ずご参照ください。