

医療用品（3）手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋（70976000）
HEIWA ニトリル手袋（パウダーフリー）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 本製品は未滅菌品です。
2. パウダーフリー
3. 左右同一型（平手タイプ）
4. 主原料：ニトリルゴム（NBR）
5. 色は写真にものと異なる場合がある。



【使用目的又は効果】

本製品は、手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

箱より手袋を取り出し、手に装着する。

【使用上の注意】

《重要な基本的注意》

1. 刃物等の鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがあるので、注意すること。
2. 使用中に破損やピンホールなどの異常が認められた場合は、新しい製品に交換する。
3. 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあるので、異常を感じたら使用しないこと。

《相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）》

- ・薬品、薬液等によって膨張したり、浸透したりする場合があるので、確認して使用すること。

【保管方法及び使用期間等】

1. 水濡れに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。
2. オゾンが発生させる機器の近くを避け、出来るだけ箱包装のまま保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

株式会社平和医療器械

山口県防府市戎町 2 丁目 4 番 37 号

お問い合わせ窓口：TEL：0835-22-3658

[外国製造業者]

Viet Glove Corporation（ベトナム）