

受 付 票 (正)

受付日	令和 4 年 5 月 2 日
システム受付番号	5130478002886
業者コード	701689000
法人名	株式会社ベストックグループ
住所	横浜市金沢区鳥浜町16番6
様式	E84 医療機器製造販売届書
一般的名称	非加熱式ネブライザ
販売名	コンプレッサー式ネブライザ
許可の種類	第二種
クラス分類	I
提出先	独立行政法人医薬品医療機器総合機構 理事長
手数料	

医療機器製造販売届書

製造販売業の許可の種類		
製造販売業の許可番号 及び年月日		
類 別		医療用吸入器
名 称	一般的名称	非加熱式ネブライザ
	販 売 名	コンプレッサー式ネブライザ
使用目的又は効果		
形状、構造及び原理		
原 材 料		
性能及び安全性に 関する規格		
使 用 方 法		
保管方法及び有効期間		
製 造 方 法		
製造販売する品目の 製造所	名 称	登録番号
備 考		

上記により、医療機器の製造販売の届出をします。

令和 4年 4月28日



住 所 横浜市金沢区鳥浜町16番6

氏 名 株式会社ベステックグループ

代表取締役 王 国権

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

医療機器製造販売届書

【様式】
【様式の別を示す記号】 : E84 (医療機器製造販売届書)

【提出先】
【提出先の別】 : 3 (総合機構)

【提出年月日】 : 3040428 (令和04年04月28日)

【提出者】
【業者コード】 : 701689000
【管理番号】 : 001
【郵便番号】 : 236-0002
【住所】 : 横浜市金沢区鳥浜町1 6 番 6
【法人名】 : 株式会社ベステックグループ
【代表者氏名】 : 代表取締役 王 国権
【代表者氏名ふりがな】 : おう こくけん

【担当者】
【郵便番号】 : 236-0002
【住所】 : 横浜市金沢区鳥浜町1 6 番 6
【氏名1】 : 王 国権
【氏名1ふりがな】 : おう こくけん
【連絡先】
【電話番号】 : 080-3567-5862

【再提出情報】
【再提出状況を示す記号】 : 1 (新規提出)

【届出の別】
【医療機器】 : 4 (医療機器)

【製造販売業の許可の種類】
【許可の種類】 : 2 (第二種)

【製造販売業の許可番号及び年月日】
【許可番号】 : 14B2X10062
【許可年月日】 : 3030802 (令和03年08月02日)

【類別】 : A7600 (医療用吸入器)

【名称】
【一般的名称】
【一般的名称コード】 : 35457000 (非加熱式ネブライザ)
【一般的名称】 : 非加熱式ネブライザ
【販売名】 : コンプレッサー式ネブライザ

【使用目的又は効果】
【簡略記載の有無】 : 2 (簡略記載でない)
【詳細記載】
【使用目的又は効果】
別紙1のとおり

【形状、構造及び原理】
【簡略記載の有無】 : 2 (簡略記載でない)
【詳細記載】
【概要】
別紙2のとおり
【形状、構造】
別紙2のとおり
【原理】
別紙2のとおり

【原材料】
【簡略記載の有無】 : 2 (簡略記載でない)
【詳細記載】
【構成を示す記号】 : —
【構成】
【構成名称】 : —
【原材料】
【原材料名】 : 別紙3のとおり
【原材料規格】 : —
【分量】 : —
【血液・体液等の接触の有無】 : 2 (無)

】	
【性能及び安全性に関する規格】	
【簡略記載の有無】	: 2 (簡略記載でない)
【詳細記載】	
【性能及び安全性に関する規格】	
別紙 4 のとおり	
【使用方法】	
【簡略記載の有無】	: 2 (簡略記載でない)
【詳細記載】	
【使用方法】	
別紙 5 のとおり	
【保管方法及び有効期間】	
【簡略記載の有無】	: 2 (簡略記載でない)
【詳細記載】	
【保管方法及び有効期間】	
別紙 6 のとおり	
【製造方法】	
【簡略記載の有無】	: 2 (簡略記載でない)
【詳細記載】	
【製造方法】	
別紙 7 のとおり	
【製造販売する品目の製造所】	
【名称】	: Guangdong BESTEK Medical Devices Co., Ltd
【製造工程】	
【製造工程コード】	: 42 (主たる組立て)
【登録番号】	: BG10501622
【登録年月日】	: 3020818 (令和02年08月18日)
【製造販売する品目の製造所】	
【名称】	: 株式会社ベストックグループ
【製造工程】	
【製造工程コード】	: 47 (最終製品の保管)
【登録番号】	: 14BZ200360
【登録年月日】	: 3030802 (令和03年08月02日)
【備考】	
【品目番号】	: 14B2X10062000003
【クラス分類】	: 1 (I)
【特定保守医療機器の別】	: 02 (特定保守管理医療機器未該当)
【単回使用の有無】	: 2 (無)
【その他備考】	
外観写真は別紙 8 のとおり	
一般医療機器の定義に該当する旨の説明資料は別紙 9 のとおり	
添付文書は別紙のとお	


別紙 1 使用目的又は効果

本製品「コンプレッサー式ネブライザ」は、非加熱的に発生させたエアロゾル化した水又は医薬品を供給する装置です。

別紙2 形状、構造及び原理

2-1 本製品の形状、構造

パッケージ内容



1. 本体



2. 専用アダプター



3. ネブライザキット



4. エアチューブ



5. 交換用フィルター



6. 吸入マスク (大)




7. 吸入マスク (小)



8. マウスピース

本体構成

エアチューブ差込口




本体正面

ネブライザキット置台

電源スイッチ

フィルターケース


(フィルター1個内臓)



本体背面

DC プラグ差込口

ネブライザキット構成



薬液ボトル

2－2 本製品の原理

コンプレッサで発生したジェット気流で薬液が吸い上げられ、ネブライザキット内で圧縮空気と接触し、エアロゾル(細かい霧状)となって噴出します。
マスクまたはマウスピースを通過して患者の呼吸器系に誘導されます。

別紙3 原材料

名称	材質
本体	ABS
フタ	PP
バッフル 薬液ボトル	PC
エアチューブ	PVC
マウスピース	PP
マスク	PVC
フィルター	ボリエ ステル


血液・体液等の接触の有無：無

別紙 4 性能及び安全性に関する規格


電源	専用 AC アダプター：入力 AC100～240V 50/60Hz 0.4A 本体入力：DC12V 1A
消費電力	<4.0 W
平均噴霧能力	0.2 mL/min±0.1
噴霧粒子径	3 μm±1
薬液ボトル容量	～8mL
適正薬液量	2 ～8mL±1
使用環境温湿度	+ 10 ～+ 40℃ 30 ～75%
電撃保護	クラスⅡ機器
装着部の分類	BF 形装着部
YY 0505-2012	Medical electrical equipment—Part 1-2:General requirements for safety—Collateral standards: Electromagnetic compatibility—Requirements and tests
GB 9706.1-2007	Medical electrical equipment—Part 1:General requirements for safety
GB/T16886.5-2017	Biological evaluation of medical devices—Part 5:Tests for in vitro cytotoxicity
GB/T16886.10-2017	Biological evaluation of medical devices—Part 10:Tests for irritation and skin sensitization

別紙5 使用方法


1. 初めてご使用になるときや、長期間ご使用にならなかったときは、お使いになる前に霧化部を洗浄・消毒してください。
2. 本体のフィルターケースを取り外して、フィルターが装着されているか確認してください。
フィルターが装着されたまま、フィルターケースを取り付けます。




3. 製品本体を水平で安定した場所に置きます。
4. ACアダプターのDCプラグを本体のプラグ差込口に取り付け、ACアダプターのACプラグをコンセントに差し込みます。




5. エアチューブの両側を別々に本体のエアチューブ差込口と薬液ボトルのエアチューブ差込口とし、しっかり取り付けます。




6. フタを反時計回りに回してはずします。決められた量の薬液を薬液ボトルの中に入れます。




7. はずしたフタを時計回りに止まるまで確実に回して、薬液ボトルに取り付けます。




8. 吸入マスク（大）、吸入マスク（小）、もしくはマウスピースをフタの先端にしっかり取り付けます。




9. 吸入マスク（大）、吸入マスク（小）、もしくはマウスピースを口に当てます。




10. 電源スイッチを押すと、ランプが点灯し、噴霧が始まり、吸入を開始します。



11. 吸入が終了したら、電源スイッチを押して電源を切ります。



12. AC アダプターを本体のプラグ差込口およびコンセントからはずします。



(その他詳細は取扱説明書を参照)

別紙6 保管方法及び有効期間

①貯蔵・保管環境

保管環境温湿度 - 20 ～+ 55℃ 10 ～90%

②保管場所については次の事項に注意してください。

- 1) 非腐食性ガス、良好な換気、高温、多湿、直射日光を避けてください。
- 2) 監視されていない乳幼児や子供の手の届かないところにデバイスを保管してください。
- 3) 洗浄後すぐに部品を乾燥させてください。
- 4) 清潔で安全な場所に保管してください。

別紙7 製造方法

製造方法・製造販売する品目の製造所

製造所の名称	登録番号	製造工程
G u a n g d o n g B E S T E K M e d i c a l D e v i c e s C o . , L t d	BG10501622	主たる組み立て
株式会社ベステックグループ	14BZ200360	最終製品の保管

別紙8 外観写真



別紙9 当該品目が一般医療機器の定義に該当することについての説明

一般医療機器に該当する、一般的名称【非加熱式ネブライザ】の定義は「非加熱的（機械的振動は除く）に発生させたエアロゾル化した水又は医薬品を供給する装置をいう。エアロゾル発生源、リザーバ、バッフル等から構成される。」となり、当該品目「コンプレッサー式ネブライザ」の「使用目的又は効果」は合致します。

機械器具 76 医療用吸入器
一般医療機器 非加熱式ネブライザ 35457000 (JMDNコード)
コンプレッサー式ネブライザ

【警告】


1. 本品を使用する際は必ず医師の指導に従うこと。
2. 薬液の種類、用量、用法については、必ず医師の指導に従うこと。[症状悪化の恐れがある]
3. ネブライザキット、マウスピース、マスクは、使用後に必ず洗浄・消毒すること。洗浄・消毒後は、速やかに乾燥させ、汚染を防ぐこと。[雑菌の繁殖、感染の恐れがある]
4. 本品を複数の患者が共有する場合は、必ず使用する患者ごとにネブライザキット、マウスピース、マスクを使用すること。[感染の恐れがある]

【禁忌・禁止】

1. 本品を改造しないこと。
2. 自動呼吸装置に本品を接続しないこと。
3. 薬液消毒は行わないこと。
4. 次亜塩素酸ナトリウム系の消毒液で消毒しないこと。[錆びの原因となる]
5. 専用ACアダプタ以外は使用しないこと。[火災、感電の原因となる]
6. 水の吸入はしないこと。[症状悪化の恐れがある]

【形状、構造及び原理等】

1. 外観形状・構造



1. 本体



2. 専用アダプター



3. ネブライザキット



4. エアチューブ



5. 交換用フィルター



6. 吸入マスク (大)



7. 吸入マスク (小)



8. マウスピース

2. 原理

コンプレッサで発生したジェット気流で薬液が吸い上げられ、ネブライザキット内で圧縮空気と接触し、エアロゾル(細かい霧状)となって噴出します。
マスクまたはマウスピースを通過して患者の呼吸器系に誘導されます。

【使用目的又は効果】

本製品「コンプレッサー式ネブライザ」は、非加熱的に発生させたエアロゾル化した水又は医薬品を供給する装置です。

【使用方法等】

1. 初めてご使用になるときや、長期間ご使用にならなかったときは、お使いになる前に霧化部を洗浄・消毒してください。
2. 本体のフィルターケースを取り外して、フィルターが装着されているか確認してください。フィルターが装着されたまま、フィルターケースを取り付けます。

3. 製品本体を水平で安定した場所に置きます。

4. AC アダプターの DC プラグを本体のプラグ差込口に取り付け、AC アダプターの AC プラグをコンセントに差し込みます。



5. エアチューブの両側を別々に本体のエアチューブ差込口と薬液ボトルのエアチューブ差込口としっかり取り付けます。



6. フタを反時計回りに回してはずします。決められた量の薬液を薬液ボトルの中に入れます。



7. はずしたフタを時計回りに止まるまで確実に回して、薬液ボトルに取り付けます。



8. 吸入マスク (大)、吸入マスク (小)、もしくはマウスピースをフタの先端にしっかり取り付けます。



9. 吸入マスク (大)、吸入マスク (小)、もしくはマウスピースを口に当てます。



10. 電源スイッチを押すと、ランプが点灯し、噴霧が始まり、吸入を開始します。



11. 吸入が終了したら、電源スイッチを押して電源を切ります。




12. AC アダプターを本体のプラグ差込口およびコンセントからはずします。



(その他詳細は取扱説明書を参照)

取扱説明書を必ずご参照ください。



【保管方法及び有効期間等】

①貯蔵・保管環境

保管環境温湿度 - 20 ～+ 55℃ 10 ～90%

②保管場所については次の事項に注意してください。

- 1) 非腐食性ガス、良好な換気、高温、多湿、直射日光を避けてください。
- 2) 監視されていない乳幼児や子供の手の届かないところにデバイスを保管してください。
- 3) 洗浄後すぐに部品を乾燥させてください。
- 4) 清潔で安全な場所に保管してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 初めて使うとき、使用前、長時間使用しなかったときは、ネブライザキット、マウスピース、マスクを洗浄・消毒すること。
2. ネブライザキットは煮沸消毒しないこと。
3. 製品を電子レンジ内で乾燥させたり、煮沸しないこと。
4. ネブライザキットに薬液を入れたまま放置しないこと。
6. 使用前、使用後に点検をし、異常が認められたときは、使用しないで、カスタマーサービスにご連絡ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

名称：株式会社ベストックグループ

住所：神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 16 番 6

電話番号：045-349-8730

名称：グアンドン ベステック メディカル デバイシ
ズ カンパニーリミテッド

Guangdong BESTEK Medical
Devices Co., Ltd

国名：中国

取扱説明書を必ずご参照ください。