届出番号：14B3X10059010101

2026年4月作成(第1版)

医 05 副木

一般医療機器　足指セパレータ　JMDNコード：13544000

【 全指セパレーター】

【禁忌・禁止】

足指・足爪に出血、障害または疾病がある方は使用しないこと。〔症状が悪化する恐れがあります〕

【形状・構造及び原理等】

1. 本品の形状・構造

趾節骨を一定の位置に保持するU字型チャンネルと各U字型チャンネルを結合するフレームが一体となっている。

＜全指タイプ＞	＜部分タイプ＞
	

素材：SEBS

2. 原理

本品を装着することにより、趾節骨を一定の位置に保持することが可能となる。

【使用目的又は効果】

フレームに取り付けたU字型チャンネルのセットからなる器具で、個々の趾節骨を一定の位置に保持するために用いる。

【使用方法】

1）靴下・ストッキング等は着用せずに裸足の状態で、本品を装着してください。

2）本品を引き延ばしながら、足指を各U字型チャンネルにはめて装着します。

3）使用後は本品を水洗いして保管してください。

【使用上の注意】

1）長時間の使用はしないでください。

2）使用中は本品をねじったり、過度な圧力をかけないようにしてください。本品に亀裂等が生じる可能性があります。

3）本品に破損、変形、腐食、変色等の異常が発見された場合には使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

乾燥した場所で保管してください。

【保守・点検に係る事項】

1）水またはぬるま湯で洗浄し、直射日光を避けて自然乾燥させてください。

2）使用前に本品に損傷がないこと、清潔であることを確認してください。

【製造販売業者の氏名又は名称等】

名 称：ペガサスブランディング株式会社

電話番号：03-4400-2704

取扱説明書を必ずご参照ください