

医 04 整形用品
35531000 単回使用汎用サージカルドレープ
一般医療機器

汎用パック

再使用禁止

*【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

<製造業者>

株式会社 ホギメディカル

【形状・構造及び原理等】

・本品は、術野のドレーピングに必要なドレープを組み合わせて、滅菌を施したドレーピング用パックです。
ご使用前に各構成品の情報について、取扱説明書をご参照ください。

【使用目的又は効果】

・本品は手術、検査の際に創部を覆い、清潔野を確保するために必要なドレープを組み合わせて滅菌した、ディスポーザブルのドレーピング用パックです。

【使用方法等】

・本品は、ディスポーザブル製品であるので、1回限りの使用で使い捨て、再使用はしないでください。
・本品は、医師の管理下で、無菌的に展開を行ない、ご使用ください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

・ご使用前にラベル（内容明細）を点検し、内容物を確認してください。

- ・再滅菌禁止

<その他注意>

・本品は高熱を発生する医療機器等、またはその他火気に接触すると、燃焼あるいは発火する危険性があります。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。

・蛍光灯、紫外線殺菌灯下やオゾンが発生する器械の周辺等に保管しないでください。

*<有効期間>

- *・有効期間はラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社 ホギメディカル

**東京都港区赤坂 2-4-6 赤坂グリーンクロス

**お問合せ窓口：市販後管理課

TEL：03(6229)1300

0120(85)8120

FAX：03(6229)1350

**URL：<https://www.hogy.co.jp>

取扱説明書を必ずご参照ください。



XXXXXXXXXXXXXXXX