機械器具 34 医療用刀
一般医療機器　眼科ナイフ　32764001
販売名:LRI ダイヤモンドナイフ

【禁忌・禁止】
・手術・治療において、特定組織以外の使用はしないこと。
・超音波洗浄は行わないこと。
・改造、調整などの二次加工は、破損等の原因となるので、絶対行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状

原材料　先端部:ダイヤモンド
　　ハンドル部:チタン

【使用目的・効能・効果】
様々な形状及びサイズのハンドル及び刃をもち、眼及び周辺構造の手術に用いる

【操作方法又は使用方法】
①使用準備
使用前に必ず洗浄、滅菌が行われていることを確認する。
②使用中の操作
眼及び周辺構造の手術に適した操作を行う。
③使用後
洗浄、滅菌(オートクレーブ 121℃ 20 分間推奨)を行い、汚染防止のため、清潔な場所に保管する。

【使用上の注意】
① 使用前に必ず洗浄・滅菌(保守・点検に係る事項参照)をすること
② 使用目的(手術・処置等の医療行為)以外の目的で使用しないこと。使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
③ 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
④ 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるのでできるだけ使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。

【貯蔵方法】
① 貯蔵・保管にあたっては、洗浄した後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥すること。
② 使用後は必ず滅菌してから保管すること。その際は再汚染を防ぐために清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】
① 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。
② 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
③ 洗浄装置で洗浄するときには、他の器具と接触して損傷することがないよう注意すること。また、ロック部(止め、固定装置)等の稼動部分は開放して、汚れが落ちやすいようにバスケット等に収納すること。
④ 洗浄の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすすぎには、浄化水(濾過、蒸留、脱イオン化等)を用いることを推奨する。
⑤ 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥すること。
⑥ 可動部の動きをスムーズにするために、水溶性潤滑剤を塗布することを推奨する。
⑦ 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、損傷、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
⑧ 点検後、滅菌のためセット・包装にあたっては、ロック部(止め、固定装置)等の可動部は開放するなど、確実に滅菌できるよう配慮すること。
⑨ 強アルカリ/酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。
⑩ 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するので、汚物除去及び洗浄時にお使用はしないこと。
⑪ 滅菌方法:121℃/20 分の高圧蒸気滅菌を推奨する。

【包装】 1 本/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
製造販売業者:株式会社　ホワイトメディカル
住　　所:東京都荒川区東日暮里 5-48-2
　　第一ビル
Tel:(03)3802-0655

製造業者:Accutome,Inc.(米国)