機械器具(38) 医療用鈎

一般医療機器　眼科用鈎　32767000

販売名:トーリック　リファレンスマーカー

【禁忌・禁止】

- 手術・治療において特定組織以外の使用はしないこと。
- 超音波洗浄は行わないこと。
- 改造・調整などの二次加工は、破損等の原因となるので決して行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状

原材料:　ステンレス

【使用目的、効能又は効果】

遠位端に行くに従って細くなる軸状のハンドルをもつ手術機器であり、眼科手術時に使用する。

【使用方法】

1. 治療に最適な眼科用鈎を選択する。
2. 使用前にオートクレーブ(121℃で 20 分間または 126℃で 15 分間)等により滅菌を行う。
3. 眼科手術前または手術中に適切に処置を行う。
4. 使用後は出来るだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、感染防止のために洗浄・消毒・する。
5. 汚染防止のため、清潔な場所に保管する。

【使用上の注意】

1. 本品は医療有資格者以外は使用しないこと。
2. 本品は記載の用途以外には使用しないこと。
3. 使用前に必ず洗浄・滅菌(保守・点検に係る事項参照)をすること。
4. 使用後は、出来るだけ早く付着している血液、体液、組織及び薬品等を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は必ずゴム製の手袋を着用すること。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるのでできるだけ使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。
6. 患者ごとに滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。

【貯蔵方法】

1. 貯蔵・保管にあたっては、洗浄した後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥すること。
2. 使用後に必ず滅菌してから保管すること。その際は再汚染を防ぐために清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、 適正な濃度で使用すること。
3. 洗浄装置で洗浄するときには、他の器具と接触して損傷することがないよう注意すること。
4. 洗浄の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすすぎには、浄化水(濾過、蒸留、脱イオン化等)を用いることを推奨する。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥すること。
6. 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、損傷、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
7. 点検後、滅菌のためセット・包装にあたっては、確実に滅菌できるよう配慮すること。
8. 強アルカリ/酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。
9. 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するので、汚物除去及び洗浄時には使用しないこと。
10. 滅菌方法:121℃/20 分の高圧蒸気滅菌を推奨する。

【包装】

1 本/箱

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者　:株式会社ホワイトメディカル
住所　:東京都荒川区東日暮里5丁目48番2号 第一ビル
TEL　:03-3802-0655
製造業者　:Accutome, Inc.(USA)