

2022年5月作成(第1版)

2024年3月作成(第2版)

医療機器届出番号 26B1X10011000011

医 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 (JMDN コード 70976000)

MaxSens ニトリルグローブ plus

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】



サイズ：XS・S・M・L

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出して着用する。

【使用上の注意】

1. 体調に異常を感じたら直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
2. 万一、製品に破損や汚損がある場合や、ピンホールなどの異常が認められる場合には使用しないでください。
3. 爪先・刃物等尖ったものなどに触れると破れたり、穴があくことがありますので注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

水濡れに注意し、直射日光や高温の場所を避け、なるべく湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。

(有効期間)

製造年月日より 3年 (製造元データによる)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ホスピタルサービス
京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町10番地
電話番号：075-671-2361

製造業者：Latexx Manufacturing Sdn. Bhd.