機械器具13　聴診器
一般医療機器　一般的名称：機械式聴診器　JMDNコード：13755000

聴診器　エコノミーW

【禁忌・禁止】
＜使用方法＞
・使用目的以外に使用しないで下さい。
・本品を分解・改造しないで下さい。
・すべての部品が装着されていない状態で使用しないで下さい。
・すべての操作において、定められた操作・使用方法以外の操作をしないで下さい。

【形状・構造及び原理等】



①イヤーチップ（プラスチック）
②耳金具（アルミ）
③チェストピース（アルミ）
④ベルリング（ポリ塩化ビニール）
⑤ダイヤフラム（ポリ塩化ビニール）
⑥ダイヤフラムリング（アルミ）
⑦Yチューブ（ポリ塩化ビニール）
寸法：全長800mm

【使用目的又は効果】
本製品は、人体各部の生体音を聴くために用いる機械式の聴取装置である。

【使用方法等】
(1) 耳金具の向きを確認し、耳金具を広げて適切な方向でイヤーチップを耳孔に挿入する。
(2) チェストピースのダイヤフラム面またはベル面を人体に押し当て聴診する。
(3) 耳金具を広げ使用者の耳孔からイヤーチップを外す。

【使用上の注意】
(1) 使用目的以外に使用しないで下さい。
(2) 本品を分解・改造しないで下さい。
(3) すべての部品が装着されていない状態で使用しないで下さい。
(4) 定められた操作・使用方法以外の使用をしないで下さい。
(5) 故障または異常が発生したときは使用を中止し、速やかに適切かつ安全な処置を行って下さい。

【保管方法及び有効期間等】
高温、多湿、直射日光を避け、常温、常圧、水のかからない場所で適切に保管をして下さい。

【保守・点検に係る事項】
(1) 耳金具、Yチューブ、イヤーチップは消毒用エタノールまたは中性洗剤で清拭して下さい。
(2) 液体に浸したり、スチーム消毒をしないで下さい。また、直接高温、溶剤、低温、オイル等と接触させないで下さい。
(3) 耳金具は極端な張力を調整することにより、スプリングの張力を緩める恐れがあるのでご注意下さい。
(4) 部品は本製品用純正部品のみご使用下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者
松吉医科器械株式会社
住所：〒113-8520　東京都文京区湯島3-14-9
電話：03-5816-8819
製造業者
CHIN KOU MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.（台湾）