機械器具 60　歯科用エンジン
一般医療機器　歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット(34713000)

Pocket NC（ポケット NC)

【形状、構造及び原理】

1） 形状

〈 Pocket NC 〉

・寸法　　：45 × 32 × 28 cm (W×D×H)
・重量　　：約 14kg



2） 電気的定格

・所要電力　　：90-264VAC　127-370VDC　47-63Hz　200W

3） 原理

メインスピンドルに回転運動を与え、Ｘ、Ｙ、Ｚ軸及びＡ、Ｂ軸方向のＣＮＣ制御により、材料とミリングバーを接触させて切削加工を行う。

【使用目的又は効果】

本品は、複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援製造(CAM)に用いる。

【使用方法等】

1） 電源の投入
2） ワークの取り付け
3） ミリングバーの取り付け
4） コンピュータから加工データの送信
5） 加工を開始する。
6） 使用後はスピンドル内の清掃と本体とその付近の掃除を行ってください。

【使用上の注意】

［使用方法等に関連する使用上の注意］

①水及び液体のかからない場所で使用すること。
②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれのない清潔な場所で使用すること。
③傾斜、振動、衝撃などがない水平で安定した場所で使用すること。
④電源、アースなどが適切な状態であること。
⑤本体または可動部に異物が付着していないこと。
⑥本体や付属品に亀裂や割れがないこと。
⑦異音、動作異常が発生した場合は使用を中断すること。
⑧上記の内容①～⑦を日常的に点検すること。

【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］

・水及び液体のかからない場所に保管すること。
・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれのない場所に保管すること。
・傾斜、振動、衝撃などがない安定した場所で保管すること。
・湿気、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避ける。
・外圧（物理的負荷）及び汚染を避ける。

［メーカー保証期間］

購入より 1 か月保証

【包装】

・Pocket NC V2-50（ポケット NC V2-50）　1 機
・Pocket NC V2-10（ポケット NC V2-10）　1 機

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売元・製造元 ： 株式会社 マシンツール中央
住所　　：〒663-8241
　　兵庫県西宮市津門大塚町 7-5
問い合わせ電話番号 ：0798-37-0270
メールアドレス　　：mtc@mt-chuo.jp
ホームページ　　：https://www.mt-chuo.jp/