

2017年2月13日作成（新様式第1版）
2020年1月20日改訂（第2版）
2020年7月16日改訂（第3版）
2021年7月01日改訂（第4版）
2022年1月11日改訂（第5版）
2022年1月26日改訂（第6版）

28B3X10005000106

医療材料 04 整形用品
一般医療機器 歯科咬合スプリント用材料(70914000)

Dental Clear(デンタルクリア)

【禁忌・禁止】

- ・本品及び本品に使用している成分に対し、発疹、皮膚炎等の既往歴のある者は使用しないこと。
- ・本品から作成したスプリントは、口腔内において30日を超えて使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状： カートリッジ（粘ちゆうな液体）

原理： 光により硬化する性質を利用し、3Dプリンターで造形する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用咬合スプリントの作製に用いる材料である。ただし、使用期間が30日を超えないものに限る。

【使用方法等】

- 1) 本品の容器をよく振ってから、3Dプリンター本体にセットします。
- 2) 3Dプリンターの取扱説明書に従い、造形を行い、造形完了後に取り出す。
- 3) 造型物表面の未硬化部分を取り除くために、造型物をIPA(イソプロピルアルコール)に約20分間浸漬します。
もし、未硬化部分を完全に除去していない場合は、短時間IPA(イソプロピルアルコール)に浸漬し、手で攪拌します。
- 4) 変形を防ぐために、Form Cure (Form 2/Form 3 専用光重合機)を用いて造型物を二次重合します。
- 5) サポート部分を取り除き、必要に応じて形態修正等を行います。

【使用上の注意】

- 1) 使用方法等に関連する使用上の注意
 - ①本品を使用する際には手袋（ニトリルグローブ等）及び保護メガネ等を着用し、皮膚に付着させたり、目に入らないようにすること。
 - ②本品を火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。
 - ③本品を使用する場所には、消火器具を備えること。
 - ④本品を使用する場所は換気を行うこと。
 - ⑤本品を他の製品と混用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①本品及び本品に使用している成分に対し、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。
 - ②本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた場合には、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせるか、又は受けること。
 - ③本品が皮膚に付着した場合には、すぐに石けんと水で洗い流すこと。
 - ④本品が万一目に入った場合には、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・高温・直射日光、火気を避け、室温(5~35℃)で保管すること。
- ・暗所で保管すること。
- ・湿気、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避ける。

- ・外圧（物理的負荷）及び汚染を避ける。

【包装】

- ・Dental LT Clear Resin (デンタルLTクリアレジン) 1L / カートリッジ
- ・BioMed Clear Resin (バイオメッドクリアレジン) 1L / カートリッジ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売元・製造元：株式会社 マシンツール中央
住所：〒663-8241

兵庫県西宮市津門大塚町7-5

製造業者：Formlabs, Inc.

国名：アメリカ

総販売元：株式会社 YOKOITO

住所：〒600-8357

京都府京都市下京区

柿本町588-22

問い合わせ電話番号：075-354-6424

メールアドレス：dental_sales@yokoitokyoto.com

Webサイト：https://www.dental.form2.shop/